

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1399 DEL 06/06/2012

**OGGETTO:** POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 - DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010 - PROCEDURA APERTA APPALTO DELLA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladodici il giorno 5/6 del mese di GIUGNO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottorssa MARIA SERENA FENU

## PREMESSO

che con deliberazione n. 3051 del 19/12/2011 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, per l'appalto della fornitura di un Tomografo aperto a risonanza magnetica per l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006. detta deliberazione, unitamente a tutti gli atti di gara, è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'igiene e Sanità e Assistenza Sociale per l'approvazione preventiva, ottenuta con nota RAS prot. 2307 pervenuta in data 31/01/2012 e acquisita al protocollo aziendale con il numero 5626 del 01/02/2012.

## PRESO ATTO

che con deliberazione n. 927 del 12/04/2012 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

## DATO ATTO

che le operazioni di gara si sono svolte come da verbali, di cui si condividono i contenuti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ( n. 1 del 19/04/2012, n. 2 del 30/04/2012, n. 3 del 02/05/2012, n. 4 del 07/05/2012 e n. 5 del 10/05/2012) dai quali risulta che l'unica offerta presentata, valida è quella del Costituendo RTI Philips (capogruppo) – Gowen (mandante) con un ribasso del 4,935% sull'importo posto a base di gara.

## PRESO ATTO

che il disciplinare di gara al par. "Premesse" prevede la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida tecnicamente idonea.

## CONSIDERATO

Che il quadro economico dell'intervento, determinato all'art. 2 del CSA, deve essere così modificato ed integrato in seguito all'aggiudicazione:

1	Apparecchiatura RM aperta	€ 1.080.329,50
2	Lavori	€ 269.500,00
3	Servizi di ingegneria	€ 9.600,00
	<b>TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>€ 1.359.429,50</b>
4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.545,00
	<b>VALORE COMPLESSIVO dell'appalto ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 al netto dell'IVA</b>	<b>€ 1.360.974,50</b>
5	IVA su voce 1 "Apparecchiatura RM aperta" (21%)	€ 226.869,20
6	IVA su voci 2 e 4 "Lavori", e "Oneri di sicurezza" (10%)	€ 27.104,50
7	IVA (21%) e CPA (4%) su voce 3 "Servizi di ingegneria"	€ 2.096,64
8	Costi per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 163/2006	€ 15.000,00
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1.632.044,84</b>

## SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

## VISTI :

- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Atto Aziendale.

Per quanto esposto in premessa

### DELIBERA

- Di approvare i verbali n. 1 del 19/04/2012, n. 2 del 30/04/2012, n. 3 del 02/05/2012, n. 4 del 07/05/2012 e n. 5 del 10/05/2012, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di aggiudicare definitivamente l'appalto di un Tomografo aperto a risonanza magnetica per l'Ospedale Giovanni Paolo II al costituendo RTI Philips (capogruppo) – Gowen (mandante);
- Di dare atto che l'importo di aggiudicazione è di € 1.359.429,50 esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 1.545,00) ed IVA.
- Di dare atto che l'importo di € 1.632.044,84 inclusi oneri di sicurezza, IVA e CPA graverà sul programma fondi regionali POR FESR.
- Di dare atto che le spese di pubblicazione del bando di gara pari ad € 7.085,50 IVA inclusa (già liquidate con deliberazione n. 549 del 12/03/2012) graveranno sulle economie realizzate in seguito al ribasso d'asta.
- Di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e all'Area Programmazione Controllo e Committenza.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Giorgio Ture)




**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Per il servizio

RDG/Mcassitta prop. 448/2011



(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 08/06/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 08/06/2012.

  
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**VERBALE N. 1**

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - OBIETTIVO  
OPERATIVO 2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 -**

**DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA  
MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

Addì diciannove del mese di aprile 2012 alle ore 9,00 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A - Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita in seduta pubblica la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla "Procedura aperta per la fornitura, di un tomografo aperto a risonanza magnetica per il nuovo ospedale Giovanni paolo II di Olbia" composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente ;
Dott. Vincenzo Bifulco	Direttore U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott. Mario Franco Demuro	Dirigente U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott.ssa Maria Caterina Cassitta	Collaboratore amm. Servizio Provveditorato	Segretario;

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti degli offerenti:

Giuseppe Bacciu per l'offerente Philips;

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 12/04/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.04.2012 ore 12.30), prende visione degli atti di gara e dà atto che:

- il bando di appalto ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione in: G.U.C.E. ,G.U.R.I. sito internet Ministero LL.PP., Sito Osservatorio Regionale, sito internet Aziendale ed all'Albo Pretorio Aziendale e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

Successivamente dà atto:

- che entro il termine ultimo predeterminato al punto 15 del bando di gara ( ore 12.30) sono stati pubblicati sul sito aziendale i seguenti avvisi e sono state riscontrate le seguenti richieste di chiarimenti di interesse generale:
  - Avviso pubblicato sul sito aziendale in data 29.02.2012;
  - Riscontro richiesta chiarimenti 1; file pubblicato sul sito aziendale in data 22/03/2012;
  - Riscontro richiesta chiarimenti 2; file pubblicato sul sito aziendale in data 29/03/2012;

Indi la Commissione dà atto che:

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte predeterminato al punto 6 del bando di gara (10/04/2012, alle ore 12,30) è pervenuto all'Ufficio Protocollo Generale ed è stato trasmesso da questo alla Commissione il seguente plico:

- Offerente	- Protocollo plico
- Costituendo RTI PHILIPH (Capogruppo) - GOWEN (Mandante)	- 18133 del 06/04/2012

Indi il presidente della Commissione dà atto che è stato eseguito l'accesso al casellario informatizzato presso l'Osservatorio e non sussistono, a carico dell'offerente, annotazioni relative a cause di esclusione dai contratti pubblici.

Indi si dispone di procedere all'apertura del plico al fine di esaminare la regolarità della documentazione richiesta in atti di gara per l'ammissione alle successive fasi della procedura di che trattasi. Solo nell'ipotesi in cui l'offerente avrà superato la fase di verifica della documentazione amministrativa si procederà all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica al fine di accertare la mera corrispondenza tra quanto indicato nell'elenco dei documenti costituenti l'offerta e i fascicoli rinvenuti all'interno della busta. La busta contenente l'offerta

economica sarà controfirmata sui lembi di chiusura da ciascun membro della commissione e dal segretario per garantire l'integrità fino all'apertura; il plico sarà aperto in seduta pubblica solo se l'offerta avrà superato anche la valutazione tecnica.

L'esito della verifica è il seguente:

<b>CONCORRENTE</b>	<b>ESITO VERIFICA</b>	<b>PROVVEDIMENTO ADOTTATO</b>
Costituendo RTI PHILIPH (Capogruppo) - GOWEN (Mandante)	La verifica della documentazione amministrativa dà esito positivo. Nell'istanza di ammissione alla procedura l'offerente dichiara di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, dal bando, dal disciplinare e relativi allegati. La verifica sulla corrispondenza tra quanto indicato nell'elenco dei documenti costituenti l'offerta e i fascicoli inseriti nella busta "Offerta tecnica" dà esito positivo <b>DOCUMENTAZIONE REGOLARE</b>	<b>AMMISSIONE</b>

Indi la Commissione alle ore 9,30 dichiara chiusa la seduta pubblica e si aggiorna al 30/04/2012 in seduta riservata per l'avvio dell'esame delle offerte tecniche.

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di TRE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro F.TO

Vincenzo Bifulco F.TO

Mario Franco Demuro F.TO

Maria Caterina Cassita F.TO

## VERBALE N. 2

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - OBIETTIVO  
OPERATIVO 2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 -**

**DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

### **PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

Addì trenta del mese di aprile 2012 alle ore 9,00 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A - Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita in seduta riservata la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla "Procedura aperta per la fornitura, di un tomografo aperto a risonanza magnetica per il nuovo ospedale Giovanni paolo II di Olbia" composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente ;
Dott. Vincenzo Bifulco	Direttore U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott. Mario Franco Demuro	Dirigente U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott.ssa Maria Caterina Cassitta	Collaboratore amm. Servizio Provveditorato	Segretario;

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 12/04/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.04.2012 ore 12.30) inizia i lavori.

Indi la Commissione:

- procede all'approfondimento della documentazione tecnica di gara (bando, disciplinare di gara, allegati al disciplinare, capitolato speciale d'appalto) per le parti relative alla valutazione dell'offerta tecnica;

- decide all'unanimità di compiere un esame preliminare dell'offerta tecnica;
- decide all'unanimità che, prima di assumere qualsiasi decisione in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità dell'offerta e ai punteggi da attribuire, compirà un esame complessivo della stessa, prendendo atto delle eventuali criticità. Le decisioni sulla ricevibilità ed ammissibilità dell'offerta e sull'attribuzione dei punteggi saranno assunte tutte una volta concluso l'esame completo dell'offerta, quando la Commissione avrà acquisito una visione esaustiva delle offerta stessa.

Indi la Commissione inizia l'esame dell'offerta tecnica formulate dall'unico offerente Philips- Gowen.

Indi la Commissione alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna al 02/05/2012, in seduta riservata, per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche.

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro F.TO

Vincenzo Bifulco F.TO

Mario Franco Demuro F.TO

Maria Caterina Cassitta F.TO

**VERBALE N. 3**

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO  
OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 –**

**DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

**PROCEDURA APERTA – APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA  
MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

Addì due del mese di maggio 2012 alle ore 9.00 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita in seduta riservata la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla "Procedura aperta per la fornitura, di un tomografo aperto a risonanza magnetica per il nuovo ospedale Giovanni paolo II di Olbia" composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente ;
Dott. Vincenzo Bifulco	Direttore U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott. Mario Franco Demuro	Dirigente U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott.ssa Maria Caterina Cassitta	Collaboratore amm. Servizio Provveditorato	Segretario;

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 12/04/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.04.2012 ore 12.30) inizia i lavori.

Indi la Commissione prosegue l'esame dell'offerta tecnica dell'offerente Philips – Gowen

Indi la Commissione alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna al 07/05/2012, in seduta riservata, per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche.

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro F.TO

Vincenzo Bifulco F.TO

Mario Franco Demuro F.TO

Maria Caterina Cassitta F.TO

#### **VERBALE N. 4**

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO  
OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 –  
DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

#### **PROCEDURA APERTA – APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

Addì sette del mese di maggio 2012 alle ore 11.30 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita in seduta riservata la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla "Procedura aperta per la fornitura, di un tomografo aperto a risonanza magnetica per il nuovo ospedale Giovanni paolo II di Olbia" composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente ;
Dott. Vincenzo Bifulco	Direttore U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott. Mario Franco Demuro	Dirigente U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott.ssa Maria Caterina Cassitta	Collaboratore amm. Servizio Provveditorato	Segretario;

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 12/04/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.04.2012 ore 12.30) inizia i lavori.

Indi la Commissione prosegue l'esame dell'offerta tecnica dell'offerente Philips – Gowen

Indi la Commissione, avendo concluso l'esame dell'offerta, attribuisce i punteggi come da allegato 1 alla presente e si aggiorna al 10/05/2012 in seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti le offerte

economiche dando atto che l'offerente sarà informato della data dell'ora e del luogo della seduta secondo il preavviso e le modalità di cui al disciplinare di gara.

Tutti i plichi vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro F.TO

Vincenzo Bifulco F.TO

Mario Franco Demuro F.TO

Maria Caterina Cassitta F.TO

# Allegato n° 1 al verbale n° 4

## PUNTEGGI RELATIVI ALLA QUALITA' E ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla qualità		A Punteggio previsto Punti 70	B Punteggio attribuito all'offerente PHILIPS/G OWEN	A x B
<b>1) MAGNETE</b>		<b>Punti 6,5</b>		<b>Tot. 6</b>
Caratteristiche della geometria del magnete di tipo aperto, comprese dimensioni e apertura interna utile per il paziente, intensità in tesla		<b>Punti 3 così suddivisi: 2,5</b>	<b>1</b>	<b>Punti totali 2,5</b>
		<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
Omogeneità del campo magnetico con dato di riferimento in ppm valori in VRMS su sfere da 20,30,40,45		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Consumi del criogeno (l/h) e intervallo di riempimento		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Altre caratteristiche del magnete (ad esempio geometria delle linee di campo)		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>2) LETTINO</b>		<b>Punti totali 3,5</b>		<b>Punti totali 3,5</b>
Peso massimo consentito		<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
Caratteristiche in relazione alla facilità di posizionamento e gestione del paziente, con possibilità di movimenti trasversali/longitudinali per garantire il posizionamento isocentrico		<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>
possibilità di sgancio del lettino e trasporto su ruote del paziente		<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
<b>3) GRADIENTI</b>		<b>Punti totali 6</b>		<b>Punti totali 6</b>
Intensità massima reale ed effettiva per ciascun asse ( x y z)		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valore reale ed effettivo di Slew Rate per ciascun asse		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
TE min per sequenze Echo di Gradiente T1 pesate		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
TR min per sequenze Echo di Gradiente T1 pesate		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
TE min per sequenze Turbo Spin Echo		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
TR min per sequenze Turbo Spin Echo		<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>

<b>4) CARATTERISTICHE DEL COMPUTER E ARCHIVIO</b>		<b>Punti totali 3</b>		<b>Punti totali 3</b>
Dimensioni della memoria RAM per l'Host Computer ( GB)		1	1	1
Dimensioni del disco rigido ( GB)		1	1	1
Velocità di ricostruzione		1	1	1
<b>5) CATENA DI RADIOFREQUENZA E BOBINE</b>		<b>Punti totali 10</b>		<b>Punti totali 10</b>
Ampiezza di banda in ricezione per singolo canale (MHZ)		1	1	1
Ampiezza di banda al convertitore analogico digitale per canale		1	1	1
Numero di canali indipendenti in ricezione		1	1	1
Utilizzo integrato e simultaneo di più bobine		2	1	2
Qualità delle bobine		5	1	5
<b>6) ACQUISIZIONE DATI E SEQUENZE</b>		<b>Punti totali 5</b>		<b>Punti totali 5</b>
Campo di vista minimo e massimo( cm )		0,5	1	0,5
Spessore minimo dello strato in 2D e 3 D		0,5	1	0,5
Tecniche e soluzioni di sincronizzazione cardiaca, periferica e respiratoria		0,5	1	0,5
Tecniche per la soppressione del grasso		0,5	1	0,5
Tecniche e soluzioni di acquisizione parallela (tipo SENSE , iPAT o similari)e fattore di accelerazione		0,5	1	0,5
Sequenze con acquisizione veloci isotropiche per lo studio dinamico in ambito Body e relativa elaborazione		1	1	1
Caratteristiche soluzioni e bobine, protocolli per tecnica Total Body con movimento automatizzato del lettino		1	1	1
Altre caratteristiche (ad. es. numero massimo strati consecutivi in 2D 3D ecc)		0,5	1	0,5
<b>7) ANGIOGRAFIA RM, RM NEURO, IMPLEMENTAZIONE CARDIO RM</b>		<b>Punti totali 7</b>		<b>Punti totali 7</b>
Tecnica per Angiografia periferica con movimento sincronizzato del lettino porta paziente e fusione in automatico dei diversi tratti acquisiti		1	1	1
Tecniche per Angio RM senza MDC		1	1	1
Quantificazione del Flusso		0,5	1	0,5
Tecniche dedicate allo studio dell'encefalo anche 3D isotropiche		0,5	1	0,5
Modalità di acquisizione ed elaborazione degli		1	1	1

<b>studi di diffusione e mappe ADC</b>			
Modalità di acquisizione ed elaborazione per studi di e perfusione e relativo software per l'elaborazione della mappe	1	1	1
Sequenze e tecniche dedicate allo studio Morfologico del cuore inclusi studi della funzionalità valvolare	1	1	1
Altre caratteristiche	1	1	1
<b>8) CONSOLLE ED INTERFACCIA UTENTE E SECONDA CONSOLLE</b>	<b>Punti totali 6</b>		<b>Punti totali 6</b>
Capacità prestazionali del sistema di interfaccia tramite tasti programmati	1	1	1
Soluzioni e tecniche per la memorizzazione delle sequenze di acquisizione	1	1	1
Tecniche e modalità di esecuzione semplificata anche alla luce della capacità di utilizzo immediato dei protocolli predefiniti	2	1	2
Altre caratteristiche del sistema	1	1	1
Caratteristiche della seconda consolle	1	1	1
<b>9) PROGETTO RELATIVO AI LOCALI E AGLI IMPIANTI</b>	<b>Punti totali 6</b>		<b>Punti totali 5</b>
Lay out distributivo (fruibilità degli spazi, libertà di movimento per la gestione del paziente)	2	0,75	1,5
Qualità delle finiture	2	1	2
Qualità delle soluzioni impiantistiche	2	0,75	1,5
<b>10) Caratteristiche accessori e varie</b>	<b>Punti totali 5</b>		<b>Punti totali 4</b>
Qualità e completezza degli accessori non informatici	così suddivisi: Punti 2,5	0,8	2
Qualità degli accessori informatici.	Punti 2,5	0,8	2
<b>11) Caratteristiche fornitura aggiuntiva di ulteriori componenti di interesse dell'Azienda (offerta migliorativa): attribuibili fino al massimo disponibile in relazione all'eventuale contenuto e alla comparazione con offerte concorrenti</b>	<b>Punti totali 5</b>	<b>0,4</b>	<b>Punti totali 4</b>
<b>12) Condizioni Garanzia e Assistenza Tecnica</b>	<b>Punti totali 7</b>		<b>Punti totali 7</b>
Durata della garanzia	Punti 2	1	2

<b>Condizioni di garanzia</b>	<b>Punti 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Tempi massimi di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (4 ore lavorative)</b>	<b>Punti 0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>Tempi massimi soluzione guasto se inferiori al massimo possibile (5 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata)</b>	<b>Punti 1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
<b>Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 11 del CSA</b>	<b>Punti 1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>
<b>Garanzia fornitura ricambi per un periodo superiore rispetto a quello previsto all'art. 11 del CSA (7 anni)</b>	<b>Punti 0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>66,5</b>
<b>PUBNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>			<b>70</b>

## **VERBALE N. 5**

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - OBIETTIVO  
OPERATIVO 2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 -**

**DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

### **PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A RISONANZA MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

Addì dieci del mese di maggio 2012 alle ore 8,25 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A - Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita in seduta pubblica la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla "Procedura aperta per la fornitura, di un tomografo aperto a risonanza magnetica per il nuovo ospedale Giovanni paolo II di Olbia" composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	Presidente ;
Dott. Vincenzo Bifulco	Direttore U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott. Mario Franco Demuro	Dirigente U.O. Radiologia ASL 2 di Olbia	Componente;
Dott.ssa Maria Caterina Cassitta	Collaboratore amm. Servizio Provveditorato	Segretario;

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti degli offerenti:

Giuseppe Bacciu per l'offerente Philips;

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 927 del 12/04/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte

(10.04.2012 ore 12.30) dà atto che con nota prot. 23019 del 07/05/2012 l'offerente è stato preavvertito nelle forme e con il preavviso previsto in disciplinare di gara del giorno, dell'ora e del luogo della seduta.

Prima di procedere all'apertura del plico contenente l'offerta economica il presidente della Commissione comunica gli esiti delle valutazioni inerenti le offerte tecniche mediante consegna di tabelle recanti i punteggi assegnati;

Indi si procede all'apertura del plico contenente l'offerta economica dell'offerente Philips - Gowen (che è stato conservato integro e sigillato come fatto verificare da tutti i presenti).

Indi si procede:

- alla verifica di regolarità dell'offerta, che dà esito positivo;
- alla lettura dei valori utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- ultimate le operazioni sopra descritte, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista in disciplinare di gara.

Gli esiti sono i seguenti:

OFFERENTE	RIBASSO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO
Philips - Gowen	4,935	70	30

Indi la Commissione, sospesa la seduta pubblica (i rappresentanti degli offerenti escono dalla stanza), preso atto che:

- il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è un procedimento logico;
- il Costituendo RTI ha avuto il massimo del punteggio poiché è l'unico offerente;
- il ribasso offerto dall'offerente Philips - Gowen non risulta particolarmente significativo rispetto alle stime effettuate da questa stazione appaltante;

ritiene che non vi siano motivi per sottoporre l'offerta a verifica di congruità.

Indi la Commissione, fatto rientrare il rappresentante dell'offerente, proclama l'aggiudicazione provvisoria in capo al Costituendo RTI Philips - Gowen.

Alle ore 8,45 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica.

Tutti i plichi delle offerte vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di TRE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro F.TO

Vincenzo Bifulco F.TO

Mario Franco Demuro F.TO

Maria Caterina Cassitta F.TO