

ALLEGATO "H"

LOTTO N°7 POMPA PORTATILE INFUSIONALE PER P.C.A.

SCHEDA N°1 : REQUISITI MINIMI (rispondere con una X nella riga corrispondente)

STRUMENTO		valore	si	no
1	Software per P.C.A. semplice ed intuitivo in lingua italiana			
2	Gamma di flussi	da 0,1 a 99,9 ml/h		
3	errore di infusione non superiore a +/-	0,025 ml/h		
4	possedere un'accuratezza dell'infusione calcolata secondo norma IEC 60601-2-24			
5	possibilità di bolo manuale o programmato			
6	Registro eventi			
7	controllo quantità infusa			
8	sensori di flusso per evitare repentini ed accidentali svuotamenti			
9	ampio display per la visualizzazione degli allarmi e per l'impostazione dei dati, tastiera semplice e intuitiva			
10	peso contenuto, basso ingombro, facilità di trasporto	max 3 Kg esclusa batteria		
11	alimentazione a rete a 100-240 V e batteria ricaricabile, con autonomia, a 5ml/h, di ore	10 ore		
12	indicatore visivo di funzionamento a batteria e/o corrente			
13	allarmi sonori e visivi per: malfunzionamento dell'apparato, batteria insufficiente e batteria scarica, occlusione, presenza di aria nel deflussore, sportello aperto, volume minimo infuso, apparecchio in stato di attesa, altro			
14	tasti e display su pannello protetti da accidentali infiltrazioni di acqua			
15	cavo di alimentazione con spina conforme alle prese Ospedaliere in uso presso le diverse Aziende Sanitarie interessate			
16	utilizzabile sia in ambito ospedaliero che domiciliare			
17	Conforme alla 93/42/CEE (allegare dichiarazione rilasciata da ente notificatore autorizzato) Classificazione CND			
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO			si	no
1	sterili e confezionati singolarmente			
2	idonei all' uso cui sono destinati			
3	compatibili con la pompa offerta			
4	marchiatura 93/42/CEE			

ALLEGATO "H"

SCHEDA N°2 (compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica)

APPARECCHIATURA		TOT. PUNTI		40
1	codice strumento			
2	Numero di repertorio della banca dati del Ministero			
	<i>se non indicato il n° di repertorio indicare:</i>			
3	Classificazione Nazionale dei Dispositivo			
4	Fabbricante			
5	anno fabbricazione			
6	destinazione d'uso			
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>		Punteggio Max. attribuibil
7	Ergonomia			7
8	precisione d'infusione			5
9	Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)			5
10	Facilità di gestione dell' Archivio farmaci			2
10	ampia gamma di flussi			4
11	Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)			3
12	Visualizzazione del nome del farmaco			2
13	funzioni opzionali: es. N.P.T.			2
14	Possibilità di impilare ed agganciare più pompe			2
15	Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno			2
16	Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)			2
17	Dimensioni e peso in kg Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria			2
18	autonomia delle batterie e tempo di ricarica delle stesse			2

ALLEGATO "H"

DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO			TOT. PUNTI	15
1	Codice prodotto rif 7B			
2	Numeri di repertorio della banca dati del Ministero			
	<i>se non indicato il n° di repertorio indicare:</i>			
3	fabbricante			
4	destinazione d'uso			
5	Classificazione Nazionale dei Dispositivo			
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio dei dispositivi medici monouso sterili</i>	<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>	Punteggio Max. attribuibile	
6	Funzionalità ed ergonomia		5	
7	materiale di costruzione		3	
8	assenza di lattice		2	
9	assenza di ftalati		2	
10	confezionamento ed etichettatura		1	
11	metodo di sterilizzazione		1	
12	tempo di validita' del prodotto sterile		1	
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI			TOT. PUNTI	5
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>		Punteggio Max. attribuibile
1	modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)			1
2	tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)			2
3	manutenzioni programmate			
4	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)			1
5	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)			1
TOTALE QUALITA'			60	