

Esportazione forum

Oggetto gara: Fornitura, con posa in opera e lavori complementari, di un Tomografo Assiale Computerizzato Multidetettore 128 strati

Argomento 22: Richiesta chiarimenti: radioprotezionistica

Autore	Messaggio	Data
	<p>Richiesta chiarimenti: radioprotezionistica</p> <p>Con riferimento alla radioprotezione degli operatori e della popolazione (ex. D.Lgs 230\95 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none">- Si chiede di fornire indicazioni in merito al numero di esami\settimana che verranno svolti con il nuovo Sistema- Si chiede di confermare gli spessori del piombo presenti in sala Tac 1 in particolare:<ul style="list-style-type: none">a soffitto;a pavimento;a parete, comprese altezze;serramenti interni;paratie esistenti su finestre perimetrali.- Si chiede di confermare se in gara deve essere prodotto il progetto esecutivo delle opere- Si chiede di poter entrare in possesso delle planimetrie dei locali soprastanti e sottostanti l'area oggetto di intervento in particolare il Livello -1 e +1 <p>Distinti saluti</p>	10/06/2015 15:43

Data di creazione: 10/06/2015