

**PROCEDURA APERTA - FORNITURA, CON POSA IN OPERA E LAVORI COMPLEMENTARI,  
DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE 128 STRATI  
DESTINATO ALL'UNITA' OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - CESSIONE, IN PERMUTA, DI TAC 8 STRATI ATTUALMENTE  
IN UTILIZZO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  
GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA - CUP G76G14000630009 – CIG 614794330F**

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente in data 10/06/2015, allegata alla presente si precisa quanto segue:

- Il carico di lavoro stimato è di 300 esami TC a settimana.
- In relazione a quesito inerente lo spessore del piombo dei locali oggetto dell'appalto per la fornitura in opera di n°1 TAC 128 strati (cd TAC 1), si conferma che lo spessore in mm.2 di piombo è presente su: pavimento, pareti (h m.2,70), visiva, serramenti interni e scurini infissi esterni.
- Per quanto riguarda il soffitto, la schermatura non è presente, poiché non ritenuta necessaria, in relazione all'apparecchiatura precedentemente installata.
- Si conferma che il progetto esecutivo deve essere prodotto in gara e allegato all'offerta tecnica, in conformità a quanto previsto in atti di gara (CSA, disciplinare e relativi allegati).
- Si allegano planimetrie relative ai livelli – 1 e + 1.

IL RUP  
Dott.ssa M. Cassitta  
(f.to)