

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR E PER L'ESECUZIONE DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE PRESSO I REPARTI DI PEDIATRIA DI OLBIA E TEMPIO P.**

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 31.08.2016

Addì trentuno del mese di agosto duemilasedici alle ore 09:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si apre la seduta pubblica inerente le operazioni di accesso alla documentazione amministrativa e tecnica presentata dalle imprese offerenti, verifica inventariale della loro consistenza, e successivamente, in seduta riservata, si effettuerà la valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali e si procederà all'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti. E' presente il Direttore del Servizio Provveditorato e Amm.ne Patrimoniale, l'Avvocato Roberto Di Gennaro e il RUP dott.ssa Annamaria Porcu.

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 26/02/2016, poi rettificata con deliberazione n. 672 del 18/07/2016 è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata, sotto soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura quadriennale di sistemi diagnostici per la determinazione quantitativa della pcr e per l'esecuzione dell'emocromo su sangue capillare presso i Reparti di Pediatria dei PPOO di Olbia e di Tempio P;
- la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs 50/2016);
- in data 26/07/2016 sono state invitate a partecipare alla procedura tutte le Imprese iscritte all'Albo Fornitori CSAMED nelle due categorie cat. 23 – *CND W01 dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.lgs 332/2000) – reagenti e diagnostici* e cat. 35 *service di laboratorio* (si allega Elenco imprese invitate);
- scaduto il termine per la firma e marcatura temporale dell'offerta in data 24/08/2016 alle ore 12:00, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 841 del 29/08/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi delle norme transitorie di cui alla deliberazione n. 456 del 24/05/2016, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte; la commissione di tecnici, al termine delle operazioni di gara di valutazione tecnica e di accertamento della regolarità delle offerte economiche (fase 1), sarà integrata per le eventuali valutazioni di congruità (fase 2) da altri esperti;
- entro il termine prestabilito nel timing di gara, sono pervenute diverse richieste di chiarimento, cui si è dato riscontro nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge come risulta dal forum di gara (allegato al presente verbale);

Si procede quindi con l'accesso, presso l'albo fornitori aziendale, alla scheda trattativa; le imprese che hanno presentato offerta sono le seguenti:

- 1) A.De Mori Spa con Socio Unico CF. 00152680203
- 2) Horiba ABX Sas Societ  par Actions Simplifi e. C.F 05402981004.

Si pubblicano in allegato (**allegato 3**) le schermate contenenti la documentazione, amministrativa e tecnica, presentata da entrambe le imprese concorrenti.

Alle ore 9,40 si chiude la seduta pubblica e si proseguono i lavori in seduta riservata

Indi si prosegue con l'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e con l'esame della regolarit  della documentazione amministrativa caricata a sistema.

Nessuna delle imprese concorrenti presenta riserva di subappalto.

Si d  atto che   stato effettuato l'accesso al casellario informatico presso il sito dell'Autorit  [www.anac.it](http://www.anac.it) e accertato che la imprese offerenti non sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l'esclusione dalla procedura in corso, (vedasi documento con i risultati della ricerca, agli atti del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale).

La documentazione per entrambe le imprese   irregolare, per i motivi che si riportano nelle comunicazioni **allegate** e pertanto per esse si dispone l'applicazione della disciplina del soccorso istruttorio

Entrambe le imprese sono ammesse con riserva alle fasi successive. Per celerit  di procedimento, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/90; mentre decorrono i termini per il deposito della documentazione inerente il soccorso istruttorio la Commissione Giudicatrice proceder  all'accesso alla documentazione tecnica e alla valutazione relativa.

All'esito del sub –procedimento del soccorso istruttorio verr  effettuata apposita comunicazione alla commissione giudicatrice per il proseguo delle operazioni di gara.

Alle ore 11:40 si dichiara chiusa la seduta riservata; il RUP comunicher  alla commissione giudicatrice l'assenso all'accesso all'offerta tecnica affinch  questa provveda, in seduta riservata, ad iniziare l'esame delle offerte tecniche pervenute.

Del che si redige il presente verbale, composto di n.2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Annamaria Porcu      Firmato

Roberto Di Gennaro      Firmato

Oggetto gara: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR E PER L'ESECUZIONE DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE PRESSO I REPARTI DI PEDIATRIA DI OLBIA E TEMPIO P.

Argomento 316: NR - Numero di riferimento prodotto

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p><b>Re:NR - Numero di riferimento prodotto</b></p> <p>"Negli Allegati tecnici A e B, nonché nel dettaglio prezzi si richiede la compilazione del form indicando il parametro NR, come richiesto nell'Allegato 1: si chiede dove sia possibile reperire tale numero di riferimento NR in detto Allegato 1. Grazie, saluti"</p> <p><b>RISPOSTA</b></p> <p>"Per errore, nella tabella di cui all'allegato 1, è stata soppressa la colonna "NR" (numero di riferimento), che precedeva (nelle precedenti versioni) la colonna "tipologia di prodotto"; comunque, è da intendersi che i numeri di riferimento siano rispettivamente "1" per "Determinazione concentrazione di PCR", "2" per "Esame emocromocitometrico" e "3" per "Capillari". Essendo la tipologia "2" costituita da sottoesami, andranno utilizzate, se pertinente, tante righe, individuate come "2a", "2b", etc. ."</p>	04/08/2016 18:20

Argomento 317: Allegato B

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p><b>Re:Allegato B</b></p> <p>"Nell'Allegato B viene richiesto di compilare i campi 10 CV - 11 LIN - 12 SA. Si fa presente che per quanto riguarda l'esame dell'emocromo non esiste una corrispondenza univoca tra analita e reagente. Si chiede pertanto se sia possibile poter omettere la compilazione de suddetti campi per i reagenti, calibratori e controlli necessari ad effettuare l'emocromo. Grazie, saluti"</p> <p><b>RISPOSTA</b></p> <p>"La risposta è no. Essendo infatti la tipologia EMOCROMO costituita da sottoesami, andranno previsti tanti record per ognuno dei sottoesami richiesti (numero delle emazie, concentrazione dell'emoglobina, numero delle piastrine, numero dei leucociti, formula leucocitaria: % dei linfociti, formula leucocitaria: % dei neutrofili); se un reattivo è comune a più determinazioni, esso andrà indicato tutte le volte ma solo alla prima apparizione nella lista verrà effettuata la compilazione completa dei campi, bastando, successivamente, la compilazione delle sole voci pertinenti, che includono, necessariamente, oltre alle voci "10 - CV", "11 - LIN" e "12 - SA" anche il campo "13 - Mat"."</p>	04/08/2016 18:22

Argomento 318: AVVISO URGENTE INERENTE ATTI DI GARA

Autore	Messaggio	Data

Ente	<p align="center"><b>AVVISO URGENTE INERENTE ATTI DI GARA</b></p> <p>Con il presente avviso si comunica che per mero errore materiale negli atti di gara della presente procedura sono presenti refusi di stampa inerenti della documentazione e altri adempimenti obbligatori che, invece, non deve essere presentata e che non sono richiesti.</p> <p align="center">Questi sono:</p> <p>1) Certificato di avvenuto sopralluogo, di cui alla lettera invito lettera D del paragrafo 1) Deposito telematico della documentazione amministrativa</p> <p>2) la planimetria dei locali, con la rappresentazione degli spazi occupati dalla strumentazione proposta e di quelli liberi, allo scopo di valutare la conformità ai requisiti per l'accreditamento della struttura, di cui alla lettera invito al punto 2 del paragrafo 2) <b>DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA</b></p> <p>3) demo costituita da una ripresa audio-video, della durata massima di 30 minuti, da allegarsi in formato .avi, in cui siano ben evidenziate.. di cui alla lettera invito al punto 5 del paragrafo 2) <b>DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA</b> (tale refuso di stampa è presente anche nell'allegato dettaglio assegnazione punteggi)</p> <p>Le imprese concorrenti, pertanto, non dovranno provvedere</p> <p>a) ad eseguire alcun sopralluogo. b) a fornire la planimetria dei locali c) ad eseguire alcuna ripresa audio-video</p>	01/08/2016 11:26
------	--	---------------------

### Argomento 320: Dettaglio assegnazione punteggio

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center"><b>Re:Re:Dettaglio assegnazione punteggio</b></p> <p>""A seguito del Vostro AVVISO INERENTE ATTI DI GARA del 01/08, con la presente si richiede quanto segue: non dovendo più fornire le piantine, nel punto 2AN il punteggio verrà assegnato alle dimensioni dell'analizzatore? Grazie, saluti "</p> <p align="center"><b>RISPOSTA</b></p> <p>"Trattandosi di strumentazione da banco, per "ambiente" si deve intendere, estensivamente, il bancone su cui andrà sistemato lo strumento e tutti gli accessori; pertanto, andrà rappresentata su carta la disposizione sul bancone ed, eventualmente, nelle aree circostanti, di ognuna delle componenti il sistema, comprese eventuali non citate al punto 2an ed il punteggio, di conseguenza, sarà assegnato all'ingombro totale del sistema.""</p>	04/08/2016 18:24

### Argomento 321: Prestazioni tecniche

Autore	Messaggio	Data
	<p align="center"><b>Re:Prestazioni tecniche</b></p> <p>"Con la presente si richiede quanto segue: 1) In riferimento a: 'Cadenza giornaliera del controllo di qualità 'interno', su almeno due livelli come raccomandato in linee guida prodotte da Società scientifiche del settore (documentare, oggetto di valutazione); elaborazione dei dati giornalieri, mensili e cumulativi secondo Westgard e Levy -Jennings; negatività dei materiali di controllo e calibrazione per HbsAg, HIV, HCV, che deve risultare dalla relativa scheda tecnica'</p> <p align="center">si chiede se può essere accettata: 'Cadenza giornaliera del controllo di qualità 'interno', su almeno due livelli come raccomandato in linee guida prodotte da Società scientifiche del settore (documentare, oggetto di valutazione); elaborazione dei dati giornalieri, mensili e cumulativi secondo carte di controllo Levy -Jennings; negatività dei materiali di controllo e calibrazione per</p>	

HbsAg, HIV, HCV, che deve risultare dalla relativa scheda tecnica'.

2) In riferimento a:

'Calibrazione mediante master curve con verifica a singolo punto valida fino ad esaurimento kit.'

si chiede se può essere accettata:

"Calibrazione mediante master curve con verifica a singolo punto valida fino ad esaurimento kit oppure possibilità di calibrazione a più parametri oppure a singolo parametro'

3) In riferimento a Allegato 1

Lista delle determinazioni

PCR Concentrazione della PCR su sangue capillare  
Emocromo Esame emocromocitometrico.

Si chiede se l'esame emocromocitometrico deve anch'esso essere eseguito su sangue capillare.

4) In riferimento a Allegato 1:

Emocromo Esame emocromocitometrico.

Devono essere refertati almeno i seguenti parametri:

- numero delle emazie
- concentrazione dell'emoglobina
- numero delle piastrine
- numero dei leucociti
- formula leucocitaria: % dei linfociti
- formula leucocitaria: % dei neutrofili

Ente

04/08/2016  
18:30

In relazione alla richiesta:

Premesso che la formula leucocitaria a 3 popolazioni viene eseguita secondo il principio impedenziometrico originario, che separa una prima popolazione di linfociti, una seconda popolazione di cellule mononucleate ed una terza popolazione di cellule plurinucleate, attraverso un algoritmo il sistema consente di estrapolare la quota totale di granulociti, si chiede se tale soluzione è accettabile.

Grazie, saluti  
"

Risposta al quesito numero 1

"Sì; precisamente, "con i termini: "secondo Westgard" si intende dire: "secondo le regole di Westgard" e con i termini: "secondo Levey-Jennings" si intende dire: "mediante le carte di controllo di Levey-Jennings".

Risposta al quesito numero 2) "Sì, purché i materiali di calibrazione, i materiali di controllo ed i relativi reagenti per l'esecuzione della calibrazione e del controllo siano a carico dell'Azienda Aggiudicataria; tale circostanza comporta, come risulta da CSA, che i relativi costi sono a carico dell'Azienda Aggiudicataria

risposta al quesito numero 3) "Sì, come previsto all'art. 1 del CSA (OGGETTO DELL'APPALTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE) di cui si riporta parte del primo periodo: "Il presente CSA disciplina le modalità di fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI per la determinazione quantitativa della PCR e per l'esecuzione dell'EMOCROMO su sangue capillare presso i Reparti di Pediatria dei PPOO di Olbia e di Tempio P. ...".

Risposta al Quesito numero 4) "Sì; non essendo stata richiesta una formula leucocitaria classica a 5 popolazioni, ma solo una quantificazione % delle popolazioni normalmente più rappresentate, la soluzione proposta è accettabile."  
Anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del CSA

## Argomento 322: Documentazione tecnica

<b>Autore</b>	<b>Messaggio</b>	<b>Data</b>
Ente	<p><b>Re: Documentazione tecnica</b></p> <p>"Nella Lettera di Invito a pag. 13, al punto 12) viene richiesta "relazione riguardo l'attuazione della direttiva CEE 98/79/CE..." Si richiede se per relazione si intende copia delle Dichiarazioni di conformità, sia del materiale che delle apparecchiature. Grazie, saluti."</p> <p><b>RISPOSTA</b></p> <p>"Sì, se per "Dichiarazione di conformità" si intende " Dichiarazione di conformità alla direttiva 98/87/CE"."</p>	04/08/2016 18:32

## Argomento 328: AVVISO DEL 26/08/2016

<b>Autore</b>	<b>Messaggio</b>	<b>Data</b>
Ente	<p><b>AVVISO DEL 26/08/2016</b></p> <p>Con il presente avviso si rende noto che la prima fase di gara di cui al punto 9 del Timing di gara (accesso alla documentazione amministrativa e tecnica e verifica inventariale della documentazione) si svolgerà in seduta pubblica, presso i locali del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della Asl n.2 di Olbia.</p>	26/08/2016 10:09

Data di creazione: 26/08/2016

Documentazione Amministrativa A.De Mori

2016082154701050 Documentazione Amministrativa A.De Mori - WebMail (1) allegato n. 31 allegato per segnalare l'uso Internet

File

Comandi

Uttilità

Preferiti

Opzioni

?

Archivio

Estendi in

Verifica

Visualizza

Elimina

Trasferisci

Assistente

Info

Anti Virus

Commenti

Autenticazione

2016082154701050 Documentazione Amministrativa A.De Mori - WebMail (1) allegato n. 31 allegato per segnalare l'uso Internet

2016082154701050 Documentazione Amministrativa A.De Mori - WebMail (1) allegato n. 31 allegato per segnalare l'uso Internet

Nome oggetto

Dimensione

Compresso

Tipo

Modificato il

CRC32

al.1.pdf.p7m

150.172

120.795

Messaggio MIME...

22/08/2016 15:44

E505E1C3

certa edicola.pdf.p7m

108.982

82.300

Messaggio MIME...

22/08/2016 15:44

25D67D7B

6ch. art. 8.pdf.p7m

333.773

455.516

Messaggio MIME...

22/08/2016 15:44

688B3282

nt. A.pdf.p7m

1.109.626

948.794

Messaggio MIME...

22/08/2016 15:45

6387967E

nt. C.pdf.p7m

401.380

347.596

Messaggio MIME...

22/08/2016 15:45

29088C08

Totale: 2.303.853 bytes in 5 file

[illegible]























## Documentazione Amministrativa Horiba Sas

[illegible]

# Documentazione Tecnica Horiba Sas

20160213103112078 Documentazione tecnica - archivio ZIP - dimensione non-compressa di 24.417.822 bytes				
Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il
1. Relazione progettuale	179.135	172.767	Adobe Acrobat Do...	23/08/2016 10:28
2. Destinazione assegnazione punteggi	865.561	871.196	Adobe Acrobat Do...	22/08/2016 15:57
3. Offerta senza prezzo e allegati	965.379	751.125	Adobe Acrobat Do...	23/08/2016 09:18
4. Offerta della documentazione prodotta MODBA A&S.pdf	215.816	173.888	Adobe Acrobat Do...	23/08/2016 09:12
5. Disposizione strumenti.pdf	221.957	173.644	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 11:36
6. Circolare Macchine CE.pdf	79.316	69.956	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 14:44
7. Circolare CE.pdf	8.397.259	7.042.420	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 14:38
8. Allegato 2.pdf	117.079	81.162	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 14:44
9. Scheda di sicurezza.pdf	1.739.083	1.615.396	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 14:46
10. Dichiarazione della CE.pdf	244.782	203.489	Adobe Acrobat Do...	03/08/2016 14:47
11. Dichiarazione di conformità CE.pdf	656.156	628.431	Adobe Acrobat Do...	28/07/2016 12:29
12. Dichiarazione multi-gerazione.pdf				
13. Guida QC Safety.pdf				
14. Guida QC Safety.pdf				

PG/2016/ 35762

Olbia 01/09/2016

Spett.le  
HORIBA ABX SAS Société par actions Simplifiée  
Viale Luca Gaurico 209/2011  
ROBA CF 05402981004  
P.IVA 05402981004  
e-mail horibamedical@pec.it

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR E PER L'ESECUZIONE DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE PRESSO I REPARTI DI PEDIATRIA DI OLBIA E TEMPIO P.**

**– ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 83 C. 9 DEL D.LGS 50/2016) – ASSEGNAZIONE TERMINE**

Nella seduta pubblica di ieri 31/08/2016 si è accertato quanto segue.

Codesta rispettabile impresa, in quanto Sas, non ha allegato le dichiarazioni sostitutive di certificazioni integrative all'istanza di ammissione (di cui all'allegato amministrativo 4 ) che deve rendere il socio accomandatario e l'eventuale direttore tecnico.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento all'art. 83 c.9;
- la lettera invito con riferimento in particolare a quanto previsto a pag. 4 lett.b, che rimanda agli allegati amministrativi relativi;

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

- codesta Impresa è ammessa al soccorso istruttorio;
- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
  - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, caricato sulla scheda trattativa;
  - b) dovrà pagare l'importo di € 1.200 ( poiché la misura dell 1% del valore complessivo dell'appalto 120.000 è superiore al massimo consentito dal D.Lgs 50/2016) per il quale è stata presentata offerta) mediante bonifico sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN

IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa.

**Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per l'integrazione documentale è fissato al 11/09/2016 – ore: 14:00; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'offerta.**

**L'integrazione documentale necessaria, da caricare su apposito spazio "Documentazione integrativa – soccorso istruttorio" della scheda trattativa di gara, in formato .zip firmato digitalmente, entro tale data è la seguente:**

- a) comunicazione a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, del fatto che ci si intende avvalere dell'istituto del soccorso istruttorio;
- b) **bonifico pari all'importo di € 1.200,000** (1% del valore complessivo dell'appalto per il quale si presenta offerta), indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- c) **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** integrative all'istanza di ammissione (di cui all'allegato amministrativo 4 ) che deve rendere il socio accomandatario e l'eventuale direttore tecnico (e copie dei relativi documenti di riconoscimento)

Si avvisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Nel mentre la procedura di gara prosegue regolarmente.

Distinti saluti.

**Il Rup  
(Dott.ssa Annamaria Porcu)  
firmato**

PG/2016/ 35758

Olbia 01/09/2016

Spett.le  
A.DE MORI SPA CON SOCIO UNICO  
Via DANTE nr.4  
MILANO CF 00152680203  
P.IVA 10220860158  
e-mail [ademori@twtcert.it](mailto:ademori@twtcert.it)

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR E PER L'ESECUZIONE DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE PRESSO I REPARTI DI PEDIATRIA DI OLBIA E TEMPIO P.**

**– ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 83 C. 9 DEL D.LGS 50/2016) – ASSEGNAZIONE TERMINE**

Nella seduta pubblica di ieri 31/08/2016 si è accertato quanto segue.

Codesta rispettabile impresa, in quanto società di capitali a socio unico, non ha allegato le dichiarazioni sostitutive di certificazioni integrative all'istanza di ammissione (di cui all'allegato amministrativo 4 ) che deve rendere il socio unico della società concorrente, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento all'art. 83 c.9;
- la lettera invito con riferimento in particolare a quanto previsto a pag. 4 lett.b, che rimanda agli allegati amministrativi relativi;

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

- codesta Impresa è ammessa al soccorso istruttorio;
- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
  - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, caricato sulla scheda trattativa;

- b) dovrà pagare l'importo di € 1.200 ( poiché la misura del 1% del valore complessivo dell'appalto 120.000 è superiore al massimo consentito dal D.Lgs 50/2016) per il quale è stata presentata offerta) mediante bonifico sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa.

**Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per l'integrazione documentale è fissato al 11/09/2016 – ore: 14:00; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'offerta.**

**L'integrazione documentale necessaria, da caricare su apposito spazio "Documentazione integrativa – soccorso istruttorio" della scheda trattativa di gara, in formato .zip firmato digitalmente, entro tale data è la seguente:**

- a) comunicazione a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, del fatto che ci si intende avvalere dell'istituto del soccorso istruttorio;
- b) **bonifico pari all'importo di € 1.200,000** (1% del valore complessivo dell'appalto per il quale si presenta offerta), indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- c) **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** integrative all'istanza di ammissione (di cui all'allegato amministrativo 4 ) che deve rendere il socio unico della società concorrente, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica (e relativi documenti di riconoscimento).

Si avvisa che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Nel mentre la procedura di gara prosegue regolarmente.

Distinti saluti.

**Il Rup  
(Dott.ssa Annamaria Porcu)  
firmato**