

AVVISO N. 2 DEL 13/01/2017

ESITO VALUTAZIONE ESCLUSIONI/AMMISSIONI EX ART 29 D.LGS 50/2016

PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, FARMACI CON AIC , DIAGNOSTICI IVD PER I PP.OO ED EXTRAOSPEDALIERI DELLA ASL N. 2 , AUTORIZZATA CON DELIBERAZIONE 1285/2015 RETTIFICATA CON DELIB. 1087/2016.

In riferimento alla procedura in oggetto

Si è proceduto nel frattempo alla valutazione della documentazione tecnica;

preso atto dell'allegata dichiarazione trasmessa dal Dirigente Farmacista Incaricato della procedura relativamente alla conformità dei beni offerti con quanto richiesto in atti ;

In data 11/01/2017, sul portale Net4market - CSAmmed s.r.l sono state ammesse alla fase successiva di gara le imprese di seguito elencate:

N. D'ORD.	ELENCO DITTE PARTECIPANTI	P.IVA.	C.F.	AMMESSA PER I LOTTI	NON AMMESSI LOTTI ESCLUSI
1	BIO-OPTICA MILANO SPA	06754140157	06754140157	55-60-73-89-105	LOTTO 2 NON CONFORME
2	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l.	01802940484	01802940484	75-86-89-91-92-106	
3	DIAPATH S.p.A.	02705540165	02705540165	1-2-3	
4	MEDICAL S.P.A.	00268210903	00268210903	2	
5	MONDIAL S.N.C. DI CAVINATO A. & C.	01994900288	01994900288	1-22-3-81-82-91-92	
6	SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL S.R.L.	00958350522	00958350522	6	
7	TE.MO.SA.S.R.L.	00262380900	00262380900	5	

Maria Rita Manconi Firmato

Maria Rita Manconi

Da: staicogiuseppe@gmail.com per conto di GIUSEPPE STAICO [staikos@tiscali.it]
Inviato: venerdi 30 dicembre 2016 16:59
A: Maria Rita Manconi
Oggetto: fornitura prodotti chimici verifica conformità prodotti e documentazione

ditta bioptica: lotto 2 non conforme I contenitori offerti dalla Bio-Optica, risultano poco funzionali proprio per il meccanismo di rotazione e allineamento dei due tappi per il riempimento del contenitore con la formalina pre-caricata, che determina, oltre ad una scarsa maneggevolezza, una potenziale perdita di tempo per gli operatori; l'utilizzo del silicone non è determinante e non inficia le capacità fissative del prodotto. L'offerta è, peraltro, limitata ad un unico contenitore della capacità di 55 ml con 20 ml di formalina; scomodo il diametro (34 mm) per alcune tipologie di prelievo.
gli altri lotti sono conformi

ditte diapath, mondial, temosa, sclavo, medical sia la documentazione presentata che i prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto

saluti giuseppe staico

—
Dr. Giuseppe Staico
Farmacia Ospedaliera Olbia
Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II
Loc. Tanauille - Olbia
Tel 0789 552505
Fax 0789 648054
email: gstaico@aslolbia.it