

SCHEDA PRODOTTO N°30: "EL

Duplicare la presente tabella e utilizzarla pe

N° di riferimento dell'Allegato "A":

Ditta offerente :

Nome e codice prodotto:

Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della bai
dispositivi medici del Ministero della salute

Rif

Descrizione sintetica del prodotto

A

Caratteristiche
tecniche di costruzione

Caratteristi
che
elettriche e
certificazio
ni

		<div>tipo di adesivo e</div> <div>tipo di gel</div> <div>tipo di sensore</div> <div>dimensioni, forma</div> <div>Assenza di ftalati*</div>
B	Funzionalità ed uso clinico	<div>adesivita' alla cute</div> <div>resistenza e durata in situ</div> <div>tollerabilità del paziente</div>
		<div>TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO</div> <div></div>
	Confezionamento ed	CARATTERISTICHE

C	CONFEZIONAMENTO ed etichettatura	CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA
		MINOR NUMERO PER CONFEZIONE
D	Metodo di sterilizzazione	
E	Tempo di validità (anni)	
F	CERTIFICAZIONE UNI EN 13485	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste ne		
DATA		

.ETTRODI PER E.C.G." (rif. LOTTI: 30)

r ogni voce offerta con una descrizione

nca dati			
o offerto campionato			Punteggi o massimo attribuib le
Minor valore di impedenza media a 10 Hz			3
Minor deriva di tensione offset (µV) (valore			3
Minor voltaggio controbilanciato (mV)			3
Minor tensione residua dopo defibrillazione (mV) (valore			3
Minor velocità di variazione della			3
certificazioni			2

			5
			4
			2
			5
			5
			5
TIPOLOGIA DEI MATERIALI DELL'INVOLUCRO PRIMARIO A GARANZIA			3
FACILITA' DELLA MANOVRA DI APERTURA			1
MISURE, LOTTO E SCADENZA IN CARATTERLO			2

5

6

15

11

PRESENZA DI INDICATORE DEL PUNTO DI APERTURA			1
PRESENZA DI ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL			2
			2
RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI			3
OSSIDO DI ETILENE			1
5			2
<5 e >=3			1
<3			0,5
			1
Ila presente scheda possono		totale massimo 60 punti	
..... FIRMA.....			

3

2

1

60

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

FIAB SPA	ID&CO	CERACARTA
Punteggio assegnato	Punteggio assegnato	Punteggio assegnato
2,5	0,5	1,5
2,5	0,5	1,5
2,5	0,5	1,5
2,5	0,5	1,5
2,5	0,5	1,5
2	2	2

2	0,5	1
1	0,5	1
2	0,5	1
3	0,5	3,5
2	0	0
4	0,5	1,5
4	0,5	1,5
4	0,5	1,5
3	1	1
1	0,5	0,5
2	0,5	0,5

1	0,5	0,5
2	0,5	0,5
2	2	2
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	0	0
1	1	1
49,5	15	27,5

60	18,18	33,33
----	-------	-------

AMBU	MEDTRONIC
Punteggio assegnato	Punteggio assegnato
0,5	2,5
0,5	2,5
0,5	2,5
0,5	2,5
0,5	2,5
2	2

0,5	2
0,5	2
0,5	1
0,5	3,5
0	2
0,5	4
0,5	4
0,5	4
1	3
0,5	1
0,5	2

0,5	1
0,5	2
0,5	2
0	0
0	0
0	0
0	0
0,5	0,5
1	1
13	49,5

15,76	60
-------	----