

## **ATTENZIONE**

Si precisa quanto segue:

- **Il Punto H del Capitolato Speciale d'appalto è così modificato:**

3. Le voci di prezzo sono aggregate come segue

1. prezzi delle procedure e dell'eventuale materiale ad uso saltuario utilizzati nel mese di cui alle relative voci e listini scontati definiti in offerta economica (soggetti ad IVA al 20% - salvo che trattasi di componenti con IVA agevolata, quali ad esempio gli stent).

- **L'Allegato A2 al Capitolato è così modificato:**

### **A. CARDIOANGIOGRAFO FISSO MONOPLANARE**

STATIVO

Isocentrico, **anche** di tipo "pensile" e di costruzione compatta.

VARIE

Devono essere presenti ai due lati del tavolo radiografico tendine anti-x costituite, per la protezione della parte inferiore del corpo dell'operatore, da una protezione anti-x a teli pendenti con equivalente in piombo di almeno 0.5 mm rivestita in materiale lavabile, **(omissis)**

### **B. CARDIOANGIOGRAFO MOBILE**

VARIE

Devono essere presenti ai due lati del tavolo radiografico tendine anti-x costituite, per la protezione della parte inferiore del corpo dell'operatore, da una protezione anti-x a teli pendenti con equivalente in piombo di almeno 0.5 mm rivestita in materiale lavabile, **(omissis)**

### **R. D.P.I.**

I guanti anti - X monouso non sono più richiesti

- **L'art. 7 "Modalità di aggiudicazione" del Disciplinare di gara pag. 14 punto "J" è così modificato:**

Apparecchiature minori (Defibrillatore, **(omissis)**, Elettrocardiografo, Apparecchio per ACT, Monitor multiparametrico, Ventilatore, etc)