

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI
DISPOSITIVI TAGLIANTI VARI-DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA-
DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA-CONTENITORI PER USO CLINICO-
DISPOSITIVI SANITARI VARI.
RISCONTRO CHIARIMENTI**

In relazione alla richiesta di chiarimenti da potenziali offerenti e pubblicata sul sito internet aziendale, si comunica quanto segue.

Rif. Voce 62 codice interno aziendale 104096 “Etichetta autoadesiva 37 x 25 mm ca”. Nella predisposizione dell’offerta si deve tener conto delle seguenti indicazioni:

- l’etichetta è autoadesiva prestampata per tubi;
- la carta dell’etichetta dovrà essere bianca, normale, in rotoli;
- l’adesivo deve avere forma rettangolare in cui la larghezza corrisponde a mm 37 ca e l’altezza corrisponde a 25 mm ca; poiché l’etichetta deve essere apposta sui contenitori di analisi (ad esempio provette coniche) la colla deve avere caratteristiche tali da garantire che l’etichetta non si stacchi dal contenitore relativo;
- questa tipologia di etichetta è prestampata per essere compilata a mano.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 20.07.2010