

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

N. 2980
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO DEL 15/12/2010

OGGETTO : Rettifica deliberazione n.2842 del 25/11/2010 -

L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di
dicembre in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL Commissario
Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.ssa Elvira Solinas

RICHIAMATA la deliberazione del commissario n.2473 del 27/10/2010 con la quale la Direzione Aziendale ha preso atto delle principali esigenze di dotazioni tecnologiche stilato un piano degli interventi da attuare, al fine di incrementarle e migliorarle.

DATO ATTO che, tra gli investimenti previsti nel provvedimento sopra citato, è inclusa l'acquisizione di visualizzatori di immagini radiologiche per le UU.OO. di Ortopedia (comprese sale gessi e sale operatorie) dei Presidi di Olbia e Tempio Pausania

DATO ATTO che una prima versione della deliberazione attuativa di autorizzazione a contrarre, la deliberazione n. 2842 del 25/11/2010, deve essere modificata perché i servizi ospedalieri interessati hanno reso note, successivamente, ulteriori richieste;

RITENUTO di dover procedere all'acquisizione delle apparecchiature come su descritte attraverso procedura aperta, sotto soglia comunitaria, (l'importo stimato a base di gara è Euro 100.000,00 al netto I.V.A comprensivo d'oneri di posa in opera), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 83 D.Lgs 163/2006 con prevalenza del peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo meglio specificati nel disciplinare di gara;

VISTO il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati unito al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale di cui si condividono i contenuti, che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione n. 2842 del 25/11/2010;

SU conforme proposta del responsabile del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

VISTA la nota del Commissario prot. 10450 del 03/12/2010 con cui la dott.ssa Elvira Solinas svolgerà le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Sanitario, a far data dal 13/12/2010 sino al 18/12/2010;

VISTI :

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R 28 luglio 2006, n.10;
- la L.R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni e integrazioni;

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- In rettifica della deliberazione n. 2842 del 25/11/2010, di autorizzare a contrarre, per l'acquisizione delle apparecchiature come su descritte a mezzo procedura aperta, sotto soglia comunitaria, (considerato che l'importo stimato a base di gara è Euro 100.000,00 al netto I.V.A comprensiva d'oneri di posa in opera), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 83 D. Lgs. 163/2006 con prevalenza del peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo meglio specificati nel disciplinare di gara.

- di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione n.2842 del 25/11/2010;
- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali relativi alla procedura di gara secondo le forme di rito è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

Letto, confermato sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
DOTT.SSA ELVIRA SOLINAS

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV.MARIO GIOVANNI ALTANA

IL COMMISSARIO
(DOTTOR GIOVANNI ANTONIO FADDA)

Per il Servizio
R. Di Gennaro
A. Pasella
Proposta 881-2010

Olbia, ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura Provveditorato

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 20/12/2010, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 20/12/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Il Dirigente Amministrativo

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

ALLEGATO A**-DOTAZIONE SALA OPERATORIA-**

I Computer medicali installati in sala operatoria, dovranno avere le caratteristiche minime descritte nelle tabelle [] e [].

Workstation Medicaale Sala Operatoria (WS-SO)	
Caratteristiche minime del sistema	
Tipo di processore	Processore Intel® Quad-Core
Sistema operativo installato	Windows® 7 Professional
Memoria	
Memoria standard	4 GB di RAM unbuffered ECC DDR3 a 1333 MHz
Memorizzazione dati	
Unità interne	SATA da 500 GB a 7200 rpm
Controller storage	Controller SATA a 6 canali e 3 Gb/s integrato con funzionalità RAID (0,1, 5 o 10)
Unità dischi ottici	DVD+/-RW SuperMulti LightScribe 16x SATA interno/esterno
Grafica	
Grafica	Scheda grafica 500 MB 2x DVI Output
Caratteristiche di espansione	
Porte	3 USB 2.0, 1 IEEE 1394a opzionale 6 USB 2.0 ingresso audio, 1 uscita audio, 2 PS/2, 1 RJ-45 alla 1 seriale, 1 parallela.
Slot	2 PCI Express Gen2 x16, 1 PCI Express Gen2, 1 PCI Express Gen1
Input / output	Tastiera e mouse medicali con certificazione IPX5 disinfettabile per mezzo di spray o panni inumiditi di soluzioni disinfettanti. Lettoore di codice a barre a pistola multi interfaccia con cavo di connessione USB.
Comunicazioni	
Interfaccia di rete	LAN PCI e Broadcom 5764 10/100/1000, WLAN / WiFi
Alimentazione	
Conformità al risparmio energetico	Certificazione ENERGY STAR®

Monitor medicali per Sala Operatoria

LCD Panel	MO-S01
Technology	TFT Active Matrix LCD
Native resolution	1920 x 1.080
Active screen diagonal	21"
Pixel pitch	0.294 mm
Visual characteristics	
Maximum luminance	500 cd/m2
Contrast ratio	1000:1
Aspect ratio	16:10
Viewing angle (CR >10)	178 degrees
Color depth	10 bit (1.06 billion colors)
Response time (G-G)	8 ms (gray to gray)
Display functions	Gamma, DICOM
Colors:	16.8 million
Video inputs	DVI, VGA, S-Video, Composite Video, Component Video, RGBHV, (HD)SDI
Video outputs	DVI, (HD)SDI
Emission	EN 60601-1-2; FCC-B; ICES-001; VCCI; KETI;
Safety	UL 60601-1; c-UL; KETI; PSE; VCCI;
Supplementary standard	DIN EN 60601-1: 2007 Medical electrical equipment - General requirements for basic safety and essential performance DIN EN 60601-1-2: 2007 Medical electrical equipment - General requirements for basic safety and essential performance Collateral standard - Electromagnetic compatibility - Requirements and tests- DICOM supported

-DOTAZIONE SALA DEGENZA, SALA MEDICA E SALA GESSI P.O. GIOVANNI PAOLO II-

I visualizzatori per le sale, Degenza, Medica e Gessi, dovranno avere le caratteristiche indicate nella tabella denominata XXXXXXXXXX: Ogni dispositivo, con video touch screen deve essere posizionato a parete, sopra il testamento presente in ogni sala, attraverso relativo supporto metallico. L'altezza di posizionamento deve essere tale da poter permettere la visualizzazione delle immagini e l'accesso ai dispositivi di input, tastiera, mouse e lettore di codice a barre.

Workstation-Viewer sala degenza (WS-SD) ;

Caratteristiche del sistema	
Sistema operativo	Windows® 7 Professional
Processore	Processore Intel® Core™ i3 > 2.3 Ghz
Funzioni speciali	Adattatore per parete VESA; Sensore di luce ambientale con regolazione della luminosità.
Memoria	
Memoria	4 GB di DDR3
Memorizzazione dati	
Unità interne	Unità disco rigido SATA 3G da 1 TB (7200 rpm)
Grafica	
Grafica	Scheda Grafica con tecnologia PureVideo® HD 1x DVI fino a 2303 MB di memoria grafica totale disponibile con 512 MB dedicati
Schermo	Widescreen LCD full HD touch-enabled diagonale 58,4 cm 24", risoluzione: 1920x1080
Comunicazioni	
Interfaccia di rete	LAN PCIe Broadcom 5764 10/100/1000, WLAN-Wi/Fi
Audio	Audio ad alta definizione
Conformità al risparmio energetico	Certificazione ENERGY STAR®
Input / output	Tastiera e mouse sia fisici che virtuali virtuali, lettore di codice a barre a pistola multi interfaccia con cavo di connessione

-DOTAZIONE SALA DEGENZA P.O. PAOLO DETTORI -**Notebook e carrello sala degenza (NB-SD)**

Caratteristiche del sistema	
Sistema operativo	Windows® 7 Professional
Processore	Processore Intel® Core™ i5 > 2.3 Ghz
Memoria	
Memoria minima/massima	4GB/8GB
Memorizzazione dati	
Unità interne	Unità disco rigido SATA 3G da 250 GB(7200 rpm)
Grafica	

Notebook e carrello sala degenza (NB-SD)	
Grafica	Scheda video con tecnologia PureVideo® HD 1x DVI fino a 512 MB dedicati.
Schermo	Widescreen LCD dimensione >17" full HD: 1920x1080
Comunicazioni	
Interfaccia di rete	Intel 802.11a/b/g/n
Input / output	Tastiera resistente ai liquidi , mouse esterno con connessione USB
Porte Input/Output	3 USB 2.0 1 porta eSATA/USB 2.0 combinata 1 monitor VGA esterno 1 HDMI 1 ingresso microfono stereo 1 alimentazione CA 1 RJ-45
Conformità al risparmio energetico	Certificazione ENERGY STAR®
Tipo e Durata della batteria	Ioni di litio 8 celle (73 WHr)
Carrello porta notebook per ambienti sanitari	
Dimensioni LCD	17"
Portata	10.4 kg
Sollevamento	50.8 cm
Specifiche	UL/EN/IEC

- DOTAZIONE BARCODE PER TUTTE LE POSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE IMMAGINI E RELATIVI DATI PAZIENTI PER I P.O. GIOVANNI PAOLO II E P.O. PAOLO DETTORI-

CARATTERISTICHE TECNICHE LETTORE DI BARCODE	
HARDWARE	
Posizionamento	Brandeggiabile
Tipo sensore	CCD
Interfacce supportate	USB
Tipologia di codici letti	Codici_Lineari / GS_DataBar

Decoding	GS1 DataBar Expanded Stacked
	GS1 DataBar Stacked
	GS1 DataBar Stacked Omnidirezionali EAN 8/EAN 13 / UPC A/UPC E without ADD ON
	Interleaved 2/5
	Standard Code 39
	Code 128
Velocità di Scansione	256 scan/sec
Programmabile	Sì
CONFORMITÀ	
Conformità CEE	Conformità ambientale RoHS Cina RoHS EU
Cavi	Cavo USB
Software	Programma di configurazione.

-ESTENSIONE COPERTURA LAN ATTRAVERSO TECNOLOGIA WIRELESS SALA DEGENZA REPARTO ORTOPEDIA DEL P.O. PAOLO DETTORI -

Lo scopo principale della connessione è rendere disponibili in tutto il reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI a Tempio Pausania, comprese perciò le sale degenza, le procedure informatiche quali Cartella Clinica e visione di immagini radiologiche, attraverso l'uso di pc portatili dotati di schede di rete Wireless rispondenti allo standard 802.11a/b/g/n. L'estensione della copertura LAN dovrà essere realizzata attraverso appropriati dispositivi di networking e relativa configurazione TCP/IP. Le connessioni wireless dovranno essere protette con meccanismi di sicurezza per quanto riguarda l'autenticazione delle apparecchiature e degli utenti sulla rete, per la crittografia dei dati sulla rete e per la protezione delle apparecchiature stesse. Si richiede che vengano adottati almeno i meccanismi di autenticazione WPA con autenticazione e key management IEEE 802.1x e la crittografia con rotazione delle chiavi TKIP.

ALLEGATO B

STIMA BASE D'ASTA

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Visualizzatori medicali per immagini DICOM per Sala Operatoria P.O. GIOVANNI PAOLO II P;	3	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Visualizzatori a parete per Sala di Degenza, Sala Gessi, Studio Medico P.O. GIOVANNI PAOLO II;	21	€ 1.400,00	€ 29.400,00
Visualizzatori medicali per immagini DICOM per Sala Operatoria P.O. PAOLO DETTORI;	2	€ 10.000,00	€ 20.000,00
visualizzatori a parete per Sala di Degenza, Sala Gessi, Studio Medico del reparto di Ortopedia P.O. PAOLO DETTORI;	4	€ 1.400,00	€ 5.600,00
Notebook 17" per Sala di Degenza, reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;	2	€ 900,00	€ 1.800,00
Carrello porta notebook per Sala di Degenza, reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Estensione copertura LAN attraverso tecnologia Wireless del reparto e Sale Degenze del P.O. Paolo Dettori.	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Lettori di codici a barre	32	€ 80,00	€ 2.560,00
Ore per Corso di formazione di cui all'articolo n. 2	32		
Supporto a muro per Visualizzatori a parete per le sale di degenza.	21	€ 40,00	€ 840,00
Oneri a corpo posa in opera			€ 6.200,00
TOTALE			€ 100.000,00

N.B. La presente tabella ha esclusivamente scopo informativo per rendere edotti i potenziali offerenti di come si sia pervenuti alla determinazione del valore dell'appalto, considerando che comunque l'appalto stesso sarà aggiudicato a corpo in unico lotto.

CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
VISUALIZZATORI DI IMMAGINI RADIOLOGICHE PER LE UU.OO. DI
ORTOPEDIA PP.OO. GIOVANNI PAOLO II E PAOLO DETTORI.

INDICE

- 1) OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DELL' OBBLIGAZIONE-OPZIONE D' ESTENSIONE -
- 2) FORMAZIONE
- 3) GARANZIA, ASSISTENZA, FORNITURA MULETTO
- 4) OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- 5) TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO
- 6) DEPOSITO CAUZIONALE
- 7) RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE
- 8) OBBLIGHI DELL' APPALTATORE IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA E DI RISERVATEZZA
- 9) SPESE
- 10) CONTROVERSIE
- 11) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- 12) PENALI
- 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- FORZA MAGGIORE
- 14) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

**Articolo 1 - Oggetto della fornitura- Tipologia
dell'obbligazione - Opzione d'estensione-**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della fornitura di :

- n. 2 workstation medicali per immagini DICOM per prima Sala Operatoria P.O. GIOVANNI PAOLO II ;
- n. 1 workstation medicale per immagini DICOM per seconda Sala Operatoria P.O. GIOVANNI PAOLO II ;
- n. 21 visualizzatori a parete per Sala di Degenza, Sala Gessi, Studio Medico P.O. GIOVANNI PAOLO II;
- n. 2 workstation medicali per immagini DICOM per Sala Operatoria P.O. PAOLO DETTORI;
- n.4 visualizzatori a parete per Medicheria, Sala Gessi, Studio Medico, Ambulatorio Medico, del reparto di Ortopedia P.O. Paolo Dettori;
- n. 2 Notebook 17" per locali degenze , reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;
- n.1 carrello porta notebook, reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;
- n. 28 lettori di codici a barre con cavo usb.
- nell'U.O. di Ortopedia di Tempio Pausania, la realizzazione della copertura wireless, per tutto il reparto;

Le specifiche minime sono descritte nell'**Allegato A** al presente capitolato.

Quanto offerto deve:

- poter permettere l'installazione del software di visualizzazione di immagini radiologiche residenti nel sistema PACS dell' Azienda Sanitaria Locale n.2 a Olbia;

- essere fornito completo di quanto necessario per l'utilizzo (es.: cavi di connessione, adattatori, cavi di alimentazione, ecc.), di ottima fattura, di alta affidabilità elettrica e meccanica e di quanto necessario per verificare il loro totale e corretto funzionamento; Si specifica che i cavi devono avere le seguenti caratteristiche:

- Devono essere cavi non propaganti l'incendio, a bassa emissione di fumi e gas tossici, (cavi HALOGEN - FREE), di colore verde, del tipo:

- FG70M-0,6 /1KV SE SU CANALA APERTA;

- NO7G9-K /HO7Z1-K SE ALL'INTERNO DI CAVIDOTTI .

- I CAVI TRASMISSIONE DATI DEVONO ESSERE DI CATEGORIA 6.

- prevedere, con riferimento alle due workstation della prima sala operatoria del P.O. Giovanni Paolo II, la fornitura di una singola tastiera e di un singolo mouse in grado di controllare entrambi i dispositivi. (esempio KVM);

- prevedere nell' U.O. di ortopedia di Tempio Pausania la realizzazione della copertura wireless.

- essere installato, configurato e collaudato. Il Servizio Tecnico e il Servizio Informativo aziendali sovrintenderanno alle operazioni di posa in opera.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato: le forniture dovranno, pertanto, essere rese perfettamente operative, e includere ogni prestazione, opera, impianto, necessari a tale scopo, anche se non espressamente previsti in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la

fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed attrezzature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata del periodo di garanzia.

L'allegato B indica la base d'asta.

L'Azienda si riserva, nel biennio successivo alla stipulazione del contratto, di ordinare ulteriori quantitativi dei beni ai prezzi d'aggiudicazione fino a concorrenza delle spese massime pari al 35% del valore complessivo del contratto. In contratto verrà inserita apposita clausola in tal senso.

Articolo 2 - Formazione.

La Ditta aggiudicataria, dovrà pianificare e organizzare, insieme alla Ditta fornitrice del software, corsi di addestramento a tutto il personale del reparto di Ortopedia e Sala Operatoria del P.O. Giovanni Paolo II in Olbia e del P.O. Paolo Dettori in Tempio Pausania, coinvolto nell'utilizzo delle nuove attrezzature, ed in particolare sull'utilizzo del programma **Itaca** e **INFINITT** per la visualizzazione e gestione delle immagini radiologiche.

Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a due giorni per otto ore per Presidio Ospedaliero. L'avvenuta formazione per ciascun partecipante al corso dovrà essere attestata da un documento/attestato in cui saranno riportati i nominativi di coloro che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice.

Articolo 3 - Garanzia, Assistenza e fornitura muletto.

La Garanzia, full risk ,sarà comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria; dovrà avere la durata pari almeno a 24 mesi e decorrerà dalla data del superamento del collaudo. Per assicurare la continuità del servizio, la Ditta aggiudicataria, dovrà garantire il servizio di assistenza come indicato in tabella.

Tempi di intervento e risoluzione guasti

	Tempo massimo di intervento	Tempo massimo di risoluzione	Orario di lavoro - Lunedì - Venerdì	Orario di lavoro Sabato
Sala operatoria	2 ore	32 ore	8.00-13.00	08.00 - 12.00
Sala gessi, sala degenza e sala medici	4 ore	48 ore	14.00-17.00	

Articolo 4 - Obbligazioni a carico della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata :

- ad eseguire a regola d'arte tutte le opere murarie e impiantistiche inclusi gli allacciamenti agli impianti esistenti necessarie per dare la fornitura perfettamente funzionante.
- Il rapido smaltimento dei detriti, scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti anche speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi e anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge.

Articolo 5 - Tempi di consegna e collaudo

La fornitura e l'installazione degli apparati oggetto dell'appalto dovrà avvenire a cura, spese e rischio della Ditta aggiudicataria nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Con la dizione "giorni naturali e consecutivi" s'intende che nel termine sono inclusi prefestivi e festivi; non si terrà conto di qualsiasi ritardo a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per la sospensione ordinata dall'Azienda per motivi di pubblico interesse o tecnici non dipendenti da causa imputabile all'appaltatore, che comunque non daranno diritto all'aggiudicatario di chiedere compensi aggiuntivi e/o indennizzi di alcuna sorta.

Il collaudo dovrà

- essere eseguito nei dieci giorni successivi dalla data di installazione e di perfetto funzionamento delle apparecchiature;
- essere eseguito da personale incaricato dalla Asl numero 2 e in contraddittorio con tecnici della ditta aggiudicataria;
- risultare da verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora l'amministrazione dell'azienda e per essa i tecnici preposti al collaudo, rifiutino tutta la fornitura o parte di essa in quanto ritenuta oggettivamente e motivatamente inaccettabile alla luce degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice a sua cura e spese dovrà provvedere immediatamente alle modifiche o/e integrazioni richieste, fino al soddisfacimento delle condizioni prescritte.

Articolo 6 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o nel ritardo nell'adempiere agli obblighi stessi (ivi compresi

le clausole penali, le eventuali spese per una nuova procedura d'appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), la Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art 113 D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 113 c.3 del codice contratti, tale garanzia rimarrà ferma ed invariabile fino al collaudo positivo dell'apparecchiatura, non essendo previste anticipazioni sul prezzo contrattuale; il verbale di collaudo positivo costituisce il documento atto a produrre lo svincolo automatico del

75% della garanzia; il rimanente 25% della garanzia sarà svincolato automaticamente con il decorso di termine di durata della garanzia, decorrente dalla data del verbale di collaudo positivo.

La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:

- validità fino a svincolo espresso da parte della stazione appaltante ;
- Nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
- Il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- Rinuncia al termine semestrale di cui all'art 1957- 1° comma del codice civile;
- Dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale , con particolare riferimento al capitolato speciale ed al progetto in offerta, e, in quest'ambito, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta appaltatrice, con la firma del contratto, si assumerà, oltre l'obbligazione di risultato, la responsabilità per danni a persone, sia terzi che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevata l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità.

La Ditta appaltatrice inoltre risponderà totalmente e con esclusività della sicurezza delle apparecchiature fornite, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione appaltante.

Articolo 8 - Obblighi dell'appaltatore in materia di lavoro, sicurezza e di riservatezza

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per i settori e la zona nella quale deve essere eseguita la fornitura. L'appaltatore è responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori del rispetto delle norme suddette.

L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sia nei confronti dei propri dipendenti sia rispetto ai terzi che per necessità operative dovessero essere coinvolti nelle operazioni d'appalto.

Le ditte dovranno consentire il trattamento dei propri dati ai fini dell'espletamento della procedura d'appalto e, se aggiudicatarie, della stipulazione e gestione del contratto.

L'appaltatore dovrà assicurare che tutti i dati personali e sensibili di cui dovesse avere conoscenza per ragioni d'appalto sa-

ranno trattati nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Articolo 9 - Spese

Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di sottoscrizione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le spese e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Articolo 10 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania. (OT)

Articolo 11 - Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo in un'unica soluzione. La fattura fiscalmente valida potrà essere emessa dopo il collaudo positivo dell'intera fornitura.

Ai pagamenti si procederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. Gli interessi moratori per ritardati pagamenti, regolati ex lege, potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo.

Ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si anticipa che l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto ipso Jure. L'Appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo. Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio. La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del subappalto o delle sub-forniture ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e sub fornitori. Nelle fatture dovrà sempre essere indicato il CUP.

Articolo 12 - Penali

Dalla data del contratto la Ditta, entro i termini previsti dal contratto in base all'offerta, e comunque entro il termine essenziale di cui al precedente art.5, dovrà consegnare il sistema completo ed operativo e dovrà concludere i corsi di formazione previsti.

In caso di ritardata consegna o ritardo nello svolgimento dei corsi o di ritardato collaudo per fatto e colpa dell'aggiudicatario o ritardo negli interventi manutentivi, l'Azienda avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) ritardo nella consegna in opera della fornitura o nello svolgimento dei corsi di formazione: penale che viene stabilita nello 0,2% dell'importo contrattuale per ciascun giorno;**
- b) ritardato collaudo totale o parziale a causa di ritardi non imputabili all'Amministrazione appaltante: penale che viene stabilita nell'1% dell'importo contrattuale per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo rispetto ai termini pattuiti;**

B) previa costituzione in mora, se necessaria:

- In caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario(salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali)

- In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali;

Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall'appaltatore; In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta Aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

FORZA MAGGIORE:

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o non rientrante nell'ambito della attività aziendale vincolata; sono pertanto, ad esempio, esclusi dalle cause di forza maggiore i conflitti sindacali, ove i loro effetti incidano su servizi sanitari inclusi nei servizi pubblici essenziali.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Altri diversi inadempimenti potranno essere contestati nelle forme previste dalla disciplina civilistica in materia d'appalti.

In tutti tali casi l'Azienda ha diritto al risarcimento di tutti i danni, ed a tal fine potrà anche avvalersi della cauzione contrattuale, il cui ammontare non costituisce comunque limite al risarcimento.

Art 14 - Disciplina del contratto

Per tutto quanto non espressamente previsto, in ordine di prevalenza, dal presente capitolato speciale d'Appalto, dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, dall'offerta formulata dall'appaltatore in sede di gara e accettata da questa Azienda ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia