

ALLEGATO "B"

SCHEMA - PRODOTTO N° 35: "ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE CARDIACA TRANSESOFOGEEA - RIF. VOCE N°35

(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall' Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)

N° di riferimento dell'Allegato n°1:					
Ditta offerente :					
Nome e codice prodotto:					
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici					
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:					
Ditta produttrice:					
Destinazione d'uso :					
Classe di appartenenza					
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:					
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:					
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto			Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile
1	Caratteristiche di costruzione	Tipologia armatura interna e del filo di sicurezza			15
		Materiale elettrodi			8
		Lunghezza elettrodo distale			5
		Tipologia connettore			5
2	Caratteristiche tecniche funzionali	Torque			15
		Memoria della curva			
		Controllo			
3	Uso clinico ed ergonomia				5
4	Metodo di sterilizzazione	Raggi gamma, Beta, Vapore ed altri (non EtO)		4	4
		OSSIDO DI ETILENE		1	
5	Tempo di validità				3
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica				totale massimo 60 punti	
<p>Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.</p>					
DATA			FIRMA		