

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 28: "DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IMPIANTABILE PER IL MONITORAGGIO DELLE ARITMIE ATRIALI E VENTRICOLARI DEL PZ CON F.A. - RIF. VOCE N°28						
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)						
N° di riferimento dell'Allegato n°1:						
Ditta offerente :						
Nome e codice prodotto:						
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici						
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:						
Ditta produttrice:						
Destinazione d'uso :						
Classe di appartenenza						
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:						
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:						
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile
		Barrare	Note			
1	Caratteristiche tecniche funzionalità	Numero dei dettagli degli episodi				10
		Stampa riassuntiva	NO	SI		7
		Letture automatica e possibilità di attivazione manuale	NO	SI		6
		Trasmissione telemetrica degli episodi	NO	SI		5
		Capacità e durata della memorizzazione ECG				4
		Possibilità di controllo remoto	NO	SI		3
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni e peso (g)				7
		Volume				
		Compatibilità con RMN				5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo ed ergonomia					8
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia				2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto				2
		Proposta di assistenza				1
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica						totale massimo 60 punti
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.						
DATA				FIRMA		