

# ALLEGATO "B"

<b>SCHEDA - PRODOTTO N° 23: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE DDDR DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N° 23</b>							
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E <u>SE NON DISPONIBILE</u> IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)							
N° di riferimento dell'Allegato n°1:							
Ditta offerente :							
Nome e codice prodotto:							
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici			RIFERIMENTO VOCE ( A )				
			RIFERIMENTI ALTRE VOCI				
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:							
Ditta produttrice:							
Destinazione d'uso :							
Classe di appartenenza							
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:							
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:							
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile	
			Barrare		Note		
1	<b>Caratteristiche tecniche funzionali</b>	Possibilità di erogazione di ATP in zona di VF prima di erogare lo shock di defibrillazione	NO	SI		7	7
		Algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV	NO	SI		7	7
		Numero di shock in zona di VF non inferiore a 8	NO	SI		7	7
		Registrazione EGM di 60 minuti un canale o 30 minuti doppio canale	NO	SI		6	6
		Criteri di discriminazione per le aritmie sopraventricolari	NO	SI		6	6
2	<b>Caratteristiche fisiche</b>	Dimensioni (mm)					8
		Peso (g)					
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)					7
3	<b>Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo</b>					5	
4	<b>Assistenza tecnica post-vendita</b>	Durata garanzia					2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto					2
		Proposta di assistenza					1
5	<b>Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto</b>		NO	SI			2
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica						totale massimo 60 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.							
<b>DATA</b>				<b>FIRMA</b>			