

# ALLEGATO "B"

## SCHEMA - PRODOTTO N° 22: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE DDDR DI FASCIA MEDIA" - RIF. VOCE N° 22

(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, ESE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE: i foglietti illustrativi o loro copia, la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)

N° di riferimento dell'Allegato n°1:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici	RIFERIMENTO VOCE ( A )
	RIFERIMENTI ALTRE VOCI

e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:

Ditta produttrice:	
Destinazione d'uso :	
Classe di appartenenza	
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:	
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:	

Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile				
	Barrare						
	Note						
1	<b>Caratteristiche tecniche funzionali</b>	Disponibilità di tre finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare e tachicardia ventricolare rapida,	NO	SI		6	6
		Numero di shock in zona di VF non inferiore a 6,	NO	SI		6	6
		Trend dell'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,	NO	SI		6	6
		Algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e dalla FA,	NO	SI		6	6
		Registrazione non inferiore a 8 minuti,	NO	SI		5	5
		Possibilità di controllo in remoto,	NO	SI		4	4
2	<b>Caratteristiche fisiche</b>	Dimensioni (mm)					8
		Peso (g)					
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)					7
3	<b>Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo</b>						5
4	<b>Assistenza tecnica post -vendita</b>	Durata garanzia					2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto					2
		Proposta di assistenza					1
5	<b>Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto</b>	NO	SI				2
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica						totale massimo 60 punti	

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b>
-------------	--------------