

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 21: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE DDR DI FASCIA BASSA PER PZ TIPO MADIT II" - RIF. VOCE N° 21

(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE, IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)

N° di riferimento dell'Allegato n°1:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	

Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici	RIFERIMENTO VOCE (A)	
	RIFERIMENTI ALTRE VOCI	

e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:

Ditta produttrice:	
Destinazione d'uso :	
Classe di appartenenza	
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:	
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:	

Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Barrare	Note	Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile		
		NO	SI				
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Numero di shock programmabili non inferiore a 8		NO	SI	6	6
		Capacità di registrazione dell'EGM intracavitario di almeno 20 minuti		NO	SI	6	6
		Possibilità di misurazione automatica giornaliera indolore dell'impedenza di pacing e shock		NO	SI	6	6
		Monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia		NO	SI	5	5
		Algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata		NO	SI	5	5
		Possibilità di controllo in remoto		NO	SI	5	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)				8	
		Peso (g)					
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)				7	
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo				5		
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia				2	
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto				2	
		Proposta di assistenza				1	
5	Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto	NO	SI		2		
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica				totale massimo 60 punti			

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

DATA	FIRMA
-------------	--------------