

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 20: "DEFIBRILLATORE SSIR MONO-BI E TRICAMERALE" - RIF. VOCE N° 20							
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, <u>SE NON DISPONIBILE</u> IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)							
N° di riferimento dell'Allegato n°1:							
Ditta offerente :							
Nome e codice prodotto:							
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici		RIFERIMENTO VOCE (A)					
		RIFERIMENTI ALTRE VOCI					
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:							
Ditta produttrice:							
Destinazione d'uso :							
Classe di appartenenza							
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:							
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:							
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile	
		Barrare	Note				
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia	NO	SI		5	5
		Possibilità di programmazione della modalità di stimolazione post shock indipendente	NO	SI		4	4
		Algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata	NO	SI		4	4
		Capacità di registrazione dell'EGM intracavitario su due canali non inferiore a 30 minuti	NO	SI		4	4
		Gestione automatica dell'intervallo di rigenerazione dei condensatori in funzione della tensione della batteria e dei tempi di carica	NO	SI		4	4
		Possibilità di visualizzazione dei follow up precedenti	NO	SI		4	4
		Possibilità di controllo remoto a distanza	NO	SI		4	4
		Numero di shock non inferiore a 8	NO	SI		4	4
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)					8
		Peso (g)					
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)					7
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo						5
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia					2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto					2
		Proposta di assistenza					1
5	Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto		NO	SI			2
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica						totale massimo 60 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.							
DATA				FIRMA			