

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 16: "PACE MAKER TRICAMERALE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO " - RIF. VOCE N° 16							
<small>(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, <u>ESE/NON DISPONIBILE</u> IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)</small>							
N° di riferimento dell'Allegato n°1:							
Ditta offerente :							
Nome e codice prodotto:							
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici			RIFERIMENTO VOCE (A)				
			RIFERIMENTI ALTRE VOCI				
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:							
Ditta produttrice:							
Destinazione d'uso :							
Classe di appartenenza:							
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:							
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:							
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile	
			Barrare		Note		
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Programmabilità degli algoritmi e delle terapie antibradicardiche e per la resincronizzazione cardiaca	NO	SI		6	6
		Possibilità di diverse configurazioni di stimolazione	NO	SI		5	5
		Possibilità di monitoraggio dello scompenso cardiaco	NO	SI		5	5
		Algoritmo di autocattura sul catetere sinistro	NO	SI		6	6
		Risposta all'AF condotta	NO	SI		6	6
		Leadless ECG	NO	SI		5	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)				8	
		Peso (g)					
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)					7
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo						5
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia					2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto					2
		Proposta di assistenza					1
5	Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto		NO	SI			2
Altre caratteristiche evidenziabili, valutabili a discrezione della Commissione tecnica						totale massimo 60 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.							
DATA				FIRMA			