

# ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 14: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R COMPATIBILE CON RMN" - RIF. VOCE N° 14						
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE: i foglietti illustrativi o loro copia, la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)						
N° di riferimento dell'Allegato n°1:						
Ditta offerente :						
Nome e codice prodotto:						
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici			RIFERIMENTO VOCE ( A )			
			RIFERIMENTO VOCE ( B )			
e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:						
Ditta produttrice:						
Destinazione d'uso :						
Classe di appartenenza						
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:						
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:						
Riferim: art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile
			Barrare		Note	
1	<b>Caratteristiche tecniche funzionali</b>	Modalità AAIR con possibilità di switch automatico in DDR in caso di blocco AV o pause patologiche	NO	SI		9 9
		Possibilità di erogazione di ATP automatiche su FA	NO	SI		9 9
		Algoritmo di risposta automatica alla caduta improvvisa della frequenza cardiaca	NO	SI		4 4
		Promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca	NO	SI		4 4
		Sensore accelerometrico	NO	SI		4 4
		Controllo automatico della cattura	NO	SI		3 3
2	<b>Caratteristiche fisiche</b>	Dimensioni (mm)				8
		Peso (g)				
		Volume (ml)				
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)				
3	<b>Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo</b>					5
4	<b>Assistenza tecnica post-vendita</b>	Durata garanzia				2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto				2
		Proposta di assistenza				1
5	<b>Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto</b>		NO	SI		2
Altre caratteristiche evidenziabili valutabili a discrezione della Commissione tecnica					totale massimo 60 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.						
<b>DATA</b>				<b>FIRMA</b>		