

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 13: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R PER IL TRATTAMENTO DELLA SINCOPE NEUROMEDIATA"- RIF. VOCE N° 13						
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)						
N° di riferimento dell'Allegato n°1:						
Ditta offerente :						
Nome e codice prodotto:						
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici			RIFERIMENTO VOCE (A)			
			RIFERIMENTO VOCE (B)			
e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:						
Ditta produttrice:						
Destinazione d'uso :						
Classe di appartenenza						
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:						
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:						
Riferim. art. 2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile
		Barrare	Note			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Isteresi della frequenza con funzione ripetitiva e scansione	NO	SI	6	6
		Promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca	NO	SI	6	6
		Algoritmo di gestione della frequenza cardiaca regolato dalla dinamica di contrazione	NO	SI	5	5
		Sensore accelerometrico	NO	SI	4	4
		Switch polarità cateteri sul malfunzionamento con controllo battito-battito	NO	SI	4	4
		Controllo automatico della cattura	NO	SI	4	4
		Possibilità di controllo remoto mediante GSM	NO	SI	4	4
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)				8
		Peso (g)				
		Volume (ml)				
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)				7
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo				5	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia				2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto				2
		Proposta di assistenza				1
5	Servizio di informatizzazione dei controlli in remoto		NO	SI		2
Altre caratteristiche evidenziabili valutabili a discrezione della Commissione tecnica					totale massimo 60 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.						
DATA			FIRMA			