

# ALLEGATO "B"

<b>SCHEMA - PRODOTTO N°7: "PACE MAKER BICAMERALE MONOCATETERE VDDR DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N° 7</b>							
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni voce offerta) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica) (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, <u>SE NON DISPONIBILE</u> IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)							
<b>N° di riferimento dell'Allegato</b>							
<b>Ditta offerente :</b>							
<b>Nome e codice prodotto:</b>							
Nel caso dei dispositivi medici (D.L. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici					RIFERIMENTO VOCE ( A )		
					RIFERIMENTO VOCE ( B )		
<i>e se non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:</i>							
Ditta produttrice:							
Destinazione d'uso :							
Classe di appartenenza							
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:							
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi Medici:							
Riferim. art.2 Cap.speciale		Descrizione sintetica del prodotto offerto				Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile
		Barrare		Note			
<b>1</b>	<b>Caratteristiche tecniche funzionali</b>	Algoritmo per la promozione della conduzione ventricolare	NO	SI		12	12
		Algoritmo per le improvvise cadute di frequenza	NO	SI		9	9
		Regolazione automatica dell'uscita ventricolare	NO	SI		7	7
		Possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo al medico, mediante linea telefonica	NO	SI		7	7
<b>2</b>	<b>Caratteristiche fisiche</b>	Dimensioni (mm)					
		Peso (g)					8
		Volume (ml)					
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)					7
<b>3</b>	<b>Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo</b>						<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Assistenza tecnica post - vendita</b>	Durata garanzia					<b>2</b>
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto					<b>2</b>
		Proposta di assistenza					<b>1</b>
Altre caratteristiche evidenziabili valutabili a discrezione della Commissione tecnica							totale massimo 60 punti
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.							
<b>DATA</b>					<b>FIRMA</b>		