

PROCEDURA APERTA - VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI

RISCONTRO RICHESTA CHIARIMENTI – CHIARIMENTO D'UFFICIO

In relazione alla procedura in oggetto potenziali offerenti hanno richiesto i seguenti chiarimenti:

QUESITI:

1. Lotti 22 e 23 “defibrillatori bicamerale” punto b) intendete effettivamente un solo elettrocateretere ventricolare o è da intendersi anche quello atriale, dal momento che entrambi i defibrillatori, essendo bicamerale, necessitano di due elettrocatereteri.
2. in merito alla compilazione del quadro offerta si chiede di chiarire cosa si intende per “sconto sui listini” ossia : nel punto e) viene chiesto di allegare i listini dei prodotti commercializzati per i beni oggetto d'appalto NON già inclusi espressamente nei lotti, quindi ci pare di capire che si chiede il listino completo e non solo lo stralcio dei prodotti che si offrono,
nel punto d) in riga “ sconto sui listini” si chiede di indicare lo sconto percentuale sui listini per l'eventuale acquisto di beni complementari NON compresi nel lotto.
Si chiede quindi che tipo di sconto si deve inserire nella riga del quadro offerta: quello riferito al prodotto che si sta offrendo o quello per tutto il listino, perché le due cose non possono essere compatibili.
inoltre essendoci per alcuni lotti elettrocatereteri a corredo è impossibile indicare una percentuale di sconto unitaria, in quanto trattasi di prodotti aventi scontistica differente.

RISPOSTA QUESITI.

Relativamente al **quesiti 1** si comunica quanto segue:

1. I 10 elettrocatereteri dei lotti 22 e 23 sono da intendersi: 5 i ventricolari e 5 atriali così come meglio specificato per il lotto 21 .
2. Al punto e) “quadro offerta” istruzioni per la compilazione si chiede di allegare i listini dei prodotti commercializzati per le tipologie di beni oggetto d'appalto **NON inclusi espressamente nei lotti: detti beni infatti devono essere espressamente quotati in offerta NON come sconto sui listini ma indicando espressamente il prezzo.**

Al punto **d)** in riga "sconto sui listini" si chiede di indicare lo sconto percentuale sui listini per l'eventuale acquisto di **beni complementari NON compresi nel lotto**: questo è ciò che si deve indicare nella riga del quadro offerta.

Se, come si fa presente, vi sono dei lotti in cui è impossibile indicare una percentuale di sconto unitaria in quanto trattasi di prodotti aventi scontistica differente, si chiede di precisarlo nel quadro offerta, nel riquadro "sconto sui listini": si potranno indicare sconti differenziati per tipologie diverse di beni.

CHIARIMENTO D'UFFICIO

Inoltre si comunica quanto segue:

il capitolato Speciale alla pagina 3 lett.b), **solo per le voci dal n.16 al 26**, prevede che: le Ditte devono presentare una dichiarazione redatta e firmata attestante l'impegno a garantire la presenza in sala operatoria di personale qualificato di categoria A, cui è correlato impegno scritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, per la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs 230/95 e smi

Tale obbligo è così meglio specificato:

"le Ditte devono presentare una dichiarazione redatta e firmata attestante l'impegno a garantire la presenza in sala operatoria di personale qualificato indicando la qualifica di appartenenza e, ove necessario, devono impegnarsi per iscritto ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, per la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti ai sensi del Dlgs 230/95 e smi"

Publicato sul sito in data 28.03.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA F. NUONNO