

A seguito di richiesta di precisazioni si comunica quanto segue:

### **Quesito**

In relazione alla vostra richiesta, si desidera avere conferma se possibile inserire in offerta la soluzione che prevede la presenza del catino ed una pediera regolabile in due posizioni (o alzata o abbassata). Questa esigenza nasce dal fatto che la caratteristica da voi citata è presente solo nei letti ginecologici mentre in quelli da visita se è presente la pediera autobloccante in diverse posizioni non vi è la presenza del catino asportabile.

### **Risposta al quesito**

Si confermano le specifiche tecniche come da Capitolato Speciale (vedi art. 3 “*caratteristiche minime della fornitura richiesta*”). Il lotto n. 4 è denominato “*lettino da visita ginecologico*”, ma viene lasciata alle Ditte offerenti la possibilità di offrire al suo posto anche un letto ginecologico, purchè vengano rispettate le caratteristiche tecniche richieste. Inoltre, si specifica che “mm 30 x 2”, costituisce una misura meramente indicativa.

28/03/2011

---