

**ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 3**

**LOTTO 6**  
**POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE CON SECONDA LINEA DI LAVAGGIO**

<b>APPARECCHIATURA - TOT. PUNTEGGIO</b>		<b>40</b>	
<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>COVIDIEN</b>	
		<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>
Ergonomia	<b>10</b>	0,70	7
Dimensioni e peso in kg Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	<b>4</b>	0,75	3
Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)	<b>3</b>	0,67	2
Indicazione del volume erogato e volume residuo	<b>3</b>	1,00	3
Archivio eventi	<b>2</b>	0,50	1
Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	<b>2</b>	1,00	2
Autonomia della batteria ricaricabile, alla velocità massima (ore),	<b>2</b>	1,00	2
Semplicità ed intuitività del sistema di impostazione	<b>2</b>	1,00	2
Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno	<b>2</b>	0,50	1
Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)	<b>2</b>	0,50	1
Tipo di meccanismo di infusione	<b>3</b>	0,67	2
% errore di infusione alla velocità impostata	<b>3</b>	0,67	2
Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora	<b>2</b>	1,00	2
<b>DISPOSITIVI MEDICI TOT. PUNT.</b>	<b>15</b>		
<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>

Funzionalità ed ergonomia	3	0,67	2
materiale di costruzione	3	0,67	2
assenza di lattice	2	1,00	2
assenza di ftalati	2	1,00	2
confezionamento ed etichettatura	2	1,00	2
metodo di sterilizzazione	2	0,50	1
tempo di validita' del prodotto sterile	1	1,00	1
<b>ASSISTENZA TECNICA TOT. PUNT.</b>	<b>5</b>		
<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>
modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)	1	1,00	1
tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)	2	1,00	2
manutenzioni programmate			0
tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)	1	1,00	1
Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	1	1,00	1
<b>TOTALE QUALITA'</b>	<b>60</b>		<b>47</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE</b>			<b>60</b>