

ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 8

LOTTO N°2
SISTEMA INFUSIONALE CON POMPA VOLUMETRICA E A SIRINGA

APPARECCHIATURA POMPA VOLUMETRICA MONOCANALE - TOT. PUNTEGGIO

24

	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>			Punteggio Max. attribuibile	B. BRAUN		CAREFUSION		FRESENIUS KABI	
					PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
7		Ergonomia		4	1,00	4,00	0,50	2,00	1,00	4,00
8		Funzioni opzionali: modulo o sistema di controllo della glicemia, possibilità di nutrizione enterale ecc.		3	1,00	3,00	0,17	0,50	0,67	2,00

9	FUNZIONALI TA' ED ERGONOMIA	Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)	2	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
10		Facilità di gestione dell' Archivio farmaci	2	0,75	1,50	0,75	1,50	1,00	2,00
11		Possibilità di infusioni contemporanee, specificare se con vie completamente indipendenti	1,5	0,33	0,50	0,33	0,50	0,33	0,50
12		Autonomia della batteria ricaricabile, alla velocità massima (ore, se superiori al minimo previsto),	1,5	0,67	1,00	0,13	0,20	0,67	1,00

14		Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15		Maggiore Grado di Impermeabilità (IP-x)	1	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
16		Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17		Tipo di meccanismo di infusione	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

18	PRECISIONE DI INFUSIONE	% errore di infusione alla velocita' impostata	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19		Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20		ampia gamma di flussi	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	DIMENSIONI E PESO	Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	3	0,67	2,00	0,67	2,00	1,00	3,00

APPARECCHIATURA POMPA A SIRINGA - TOT. PUNTEGGI			15						
	parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura		Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
7	FUNZIONALI	Ergonomia	3	1,00	3,00	0,83	2,50	1,00	3,00
8		Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)	2	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
9		Autonomia della batteria ricaricabile, alla velocità massima (ore, se superiori al minimo previsto),	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,50
10		Opzioni di trasportabilità in ambulanza ed elisoccorso	0,5	1,00	0,50	0,60	0,30	0,60	0,30

12	TA' ED ERGONOMI A	Tipo di alimentazione elettrica e cavo senza trasformatore/alimentatore esterno	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13		Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)	1	1,00	1,00	0,25	0,25	1,00	1,00
14		Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15		Facilità di gestione dell' Archivio farmaci	1	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00
16		Tipo di meccanismo di infusione	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

17	PRECISIONE DI INFUSIONE	% errore di infusione alla velocita' impostata	0,5	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
18		Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora	0,5	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
19		ampia gamma di flussi	0,5	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
20	DIMENSIONI E PESO	Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	2	1,00	2,00	0,25	0,50	0,35	0,70
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO - TOT. PUNTEGGIO			15						

	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio dei dispositivi medici monouso sterili</i>	Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
6	Funzionalità ed ergonomia	6	0,67	4,00	0,67	4,00	0,67	4,00
7	materiale di costruzione	2	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
8	assenza di lattice	2	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
9	assenza di ftalati	2	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
10	confezionamento ed etichettatura	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	metodo di sterilizzazione	1	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
12	tempo di validita' del prodotto sterile	1	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI - TOT. PUNTEGGIO		6						
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE

[illegible]

7	manutenzioni programmate		0,50	1,00	0,40	0,80	0,75	1,50
8	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	1	0,60	0,60	1,00	1,00	0,80	0,80
TOT. QUALITA'		60		51,95		41,40		51,80
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE				60,00		47,81		59,82