

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 8

**LOTTO N°1
POMPA INFUSIONALE E SISTEMI PER SOMMINISTRAZIONE ANTIBLASTICI**

APPARECCHIATURA					40			
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>			Punteggio Max. attribuibile	IMPRESA B. BRAUN		IMPRESA MEDICAL	
					PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
7		Ergonomia		6	1,00	6,00	0,50	3,00
8		Sistemi di sicurezza proposti (esclusi allarmi)		4	1,00	4,00	0,75	3,00
9		Possibilità di infusioni contemporanee, specificare se con vie completamente indipendenti		4	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Facilità di gestione dell' Archivio farmaci		3	1,00	3,00	0,33	1,00

11	FUNZIONALITA' ED ERGONOMIA	Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	3	1,00	3,00	1,00	3,00
12		Funzione della pervietà vasale (KVO)	3	1,00	3,00	1,00	3,00
13		Autonomia della batteria ricaricabile, alla velocità massima (ore, se superiori al minimo previsto),	3	1,00	3,00	0,67	2,00
14		Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno	1	1,00	1,00	1,00	1,00
15		Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)	2	1,00	2,00	0,50	1,00

16		Funzioni opzionali potenzialmente attivabili	2	1,00	2,00	0,75	1,50
17		Possibilità di impilare ed agganciare più pompe	1	1,00	1,00	0,50	0,50
18	PRECISIONE DI INFUSIONE	Tipo di meccanismo di infusione	2	1,00	2,00	0,50	1,00
19		% errore di infusione alla velocità impostata	1	1,00	1,00	1,00	1,00
20		ampia gamma di flussi	1	1,00	1,00	0,25	0,25
21	DIMENSIONI E PESO	Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	4	1,00	4,00	0,63	2,50
DISPOSITIVI MEDICI - TOT. PUNTEGGIO			12				

	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio dei dispositivi medici monouso sterili</i>	Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
6	Funzionalità ed ergonomia	5	0,90	4,50	1,00	5,00
7	materiale di costruzione	2	1,00	2,00	1,00	2,00
8	assenza di ftalati	2	1,00	2,00	1,00	2,00
9	confezionamento ed etichettatura	1	1,00	1,00	1,00	1,00
10	metodo di sterilizzazione	1	0,50	0,50	0,50	0,50
11	tempo di validita' del prodotto sterile	1	0,60	0,60	1,00	1,00
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI - TOT. PUNTEGGIO		8				
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
1	caratteristiche qualitative di funzionalità, usabilità e architettura del sistema software proposto	3	1,00	3,00	0,50	1,50
2	specifiche di assistenza tecnica sul software e sull' hardware dedicato alla gestione di terapie antitumorali con pompa infusoriale	2	0,50	1,00	0,50	1,00

3	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)	2				
4	tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)					
5	tempi di soluzione guasto (ore lavorative)					
6	modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)					
7	manutenzioni programmate					
			0,75	1,50	1,00	2,00
8	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	1	1,00	1,00	1,00	1,00
TOTALE QUALITA'		60		53,10		40,75
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE				60,00		46,04