

ALLEGATO 3 AL VERBALE N. 3				
LOTTO N°7 POMPA PORTATILE INFUSIONALE PER P.C.A.				
APPARECCHIATURA - TOT. PUNTEGGIO			40	
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	Punteggio Max. attribuibile	HOSPIRA ITALIA	
			PMA X PE	PMA X PE
7	Ergonomia	7	0,86	6
8	precisione d'infusione	5	1,00	5
9	Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)	5	1,00	5
10	Facilità di gestione dell'Archivio farmaci	2	1,00	2
10	ampia gamma di flussi	4	1,00	4
11	Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	3	1,00	3
12	Visualizzazione del nome del farmaco	2	1,00	2
13	funzioni opzionali: es. N.P.T.	2	1,00	2
14	Possibilità di impilare ed agganciare più pompe	2	0,00	0
15	Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno	2	0,50	1
16	Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)	2	1,00	2
17	Dimensioni e peso in kg Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	2	0,50	1

<b>18</b>	autonomia delle batterie e tempo di ricarica delle stesse	<b>2</b>	1,00	2
<b>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO - TOT. PUNTEGGIO</b>		<b>15</b>		
	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio Max. attribuibile	<b>PMA X PE</b>	<b>PMA X PE</b>
<b>6</b>	Funzionalità ed ergonomia	<b>5</b>	0,60	3
<b>7</b>	materiale di costruzione	<b>3</b>	0,67	2
<b>8</b>	assenza di lattice	<b>2</b>	1,00	2
<b>9</b>	assenza di ftalati	<b>2</b>	1,00	2
<b>10</b>	confezionamento ed etichettatura	<b>1</b>	1,00	1
<b>11</b>	metodo di sterilizzazione	<b>1</b>	1,00	1
<b>12</b>	tempo di validita' del prodotto sterile	<b>1</b>	1,00	1
<b>ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI - TOT. PUNTEGGIO</b>		<b>5</b>		
	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Punteggio Max. attribuibile	<b>PMA X PE</b>	<b>PMA X PE</b>
<b>1</b>	modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)	<b>1</b>	1,00	1
<b>2</b>	tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)	<b>2</b>	1,00	2
<b>3</b>	manutenzioni programmate			0
<b>4</b>	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)	<b>1</b>	1,00	1
<b>5</b>	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	<b>1</b>	1,00	1
<b>TOTALE QUALITA'</b>		<b>60</b>		<b>52</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE</b>				<b>60</b>