

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, IN UN LOTTO UNICO, DI  
MATERIALE PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PIANO P.E.I.M.A.F.  
PER IL P.O. DI OLBIA**

**Sommario**

1. **Descrizione della fornitura**
2. **Caratteristiche generali del materiale - Osservanza di leggi e regolamenti**
3. **Modalità di esecuzione della prestazione**
4. **Collaudo**
5. **Formazione del personale**
6. **Garanzia sui beni pre e post collaudo**
7. **Ordini e consegna**
8. **Modalità di fatturazione – stipulazione del contratto.**
9. **Norme di rinvio**

**Art. 1 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, chiavi in mano a lotto unico, del materiale necessario alla gestione e organizzazione di un piano di massiccio afflusso di feriti presso l'ospedale di Olbia.

Le caratteristiche del materiale e le quantità necessarie sono quelle indicate nell'Allegato tecnico al presente capitolato.

**Art. 2  
CARATTERISTICHE GENERALI DEL MATERIALE -  
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Pena esclusione dalla gara, le apparecchiature ed i materiali richiesti, dovranno essere in possesso del marchio CE e risultare dispositivi medici rispondenti ai requisiti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 (Recepimento Direttiva Europea 93/42); di ognuna dovrà essere allegata opportuna certificazione, ovvero, indicazione del numero di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi medici secondo il Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, *n.25651* e successivi aggiornamenti. (da inserire nella Busta B- Documentazione Tecnica di cui all'art.7 del Disciplinare di gara)  
Le apparecchiature dovranno altresì:
  - essere conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dall'Impresa;
  - essere conformi alle disposizioni e normative nazionali applicabili.
2. Per quanto non sia esplicitamente disciplinato dal contratto e dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutte le normative vigenti.
3. Qualora entrino in vigore nuove normative in corso d'appalto, sia di tipo prescrittivo giuridico – amministrativo, sia di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente (vedere in particolare l'art.2, comma 8 del CGA).
4. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme regolamentari in vigore e che saranno emanate fino al momento del collaudo positivo, senza che eventuali adeguamenti degli accordi contrattuali alle nuove disposizioni diano all'Appaltatore titolo per pretendere compensi diversi da quelli indicati nell'aggiudicazione.

### **Art. 3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

In merito alle modalità di esecuzione della prestazione si fa riferimento, se non diversamente stabilito dal presente CSA, al combinato disposto dell'art.3 e 4 del Capitolato Generale d'appalto per le forniture e servizi per la Asl n.2 di Olbia.

### **Art. 4. COLLAUDO**

Per quanto riguarda il collaudo dell'apparecchiatura si veda quanto riportato all'art.9 del CGA.

Al termine delle prove di accettazione necessarie al collaudo, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall'ultimazione della formazione, l'Azienda si potrà riservare un periodo di prova delle apparecchiature fino a un massimo di trenta giorni naturali e consecutivi, al termine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse su modulistica dell'Azienda.

All'impresa Aggiudicataria, fino all'esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale ASL solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all'installazione; l'eventuale modulistica di collaudo dell'impresa sarà firmata solo in seguito alla firma del collaudo su modulistica ASL.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le misure di sicurezza sull'apparecchiatura e la stessa dovrà fornire al Servizio aziendale competente una relazione sulle prove eseguite.

L'impresa dovrà occuparsi di eseguire la formazione di base degli operatori clinici e tecnici, come riportato nel paragrafo successivo; l'impresa dovrà impegnarsi a raccogliere le firme degli operatori che avranno seguito la formazione e di consegnare la relativa modulistica al Servizio aziendale competente.

Al termine della formazione di base, avrà inizio il periodo di prova durante il quale la ASL si riserva di effettuare una serie di esami e di valutarne la qualità diagnostica. Solo alla conclusione positiva di questa fase si intende superato il collaudo della apparecchiatura.

Dalla data dell'esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura, e prima della redazione del verbale di collaudo, l'appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali d'uso e manutenzione, le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti. L'appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori

### **ART. 5- FORMAZIONE DEL PERSONALE**

- L'impresa dovrà garantire un adeguato piano di corsi di formazione sull'utilizzo del materiale richiesto (vedere art.1 precedente), rivolto al personale medico, sanitario e tecnico designato dall'Azienda, compreso il personale del Servizio di Ingegneria Clinica. L'addestramento dovrà essere svolto, previo accordo con gli operatori coinvolti, presso il luogo di installazione della apparecchiatura e relativamente a tutte le parti fornite.

- Durante il corso di formazione l'impresa dovrà fornire indicazioni circa la "Procedura breve per la messa in servizio". Tale procedura dovrà anche essere esposta in prossimità dello strumento stesso.

- La formazione dovrà trattare anche i controlli di funzionalità e stato delle attrezzature fornite.
- L'Appaltatore è obbligato a tenere un corso nel caso di aggiornamento della apparecchiatura per tutto il periodo di garanzia o eventuali condizioni migliorative offerte in proposta tecnica, compresi gli aggiornamenti software;
- La formazione dovrà riguardare specificamente tutte le apparecchiature offerte

### **Art.6**

#### **GARANZIA SUI BENI PRE E POST COLLAUDO**

- Tutti gli oneri previsti dal presente articolo a carico dell'appaltatore sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.

- La garanzia sull'intero lotto di prodotti, comprensiva di manutenzione preventiva e correttiva e, per i software (se previsti), evolutiva, è di tipo "full risk", non potrà avere durata inferiore a 12 mesi.

- La garanzia avrà decorrenza dal verbale di collaudo positivo o dal termine ultimo per l'effettuazione del collaudo, se il ritardo non dipenda da causa imputabile all'appaltatore e se il collaudo, una volta eseguito, abbia avuto esito positivo.

- Fino al collaudo positivo e comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, se esitato anche in data successiva positivamente per causa dipendente dall'Azienda, sull'appaltatore grava ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione dei beni tutti, nelle condizioni e nel grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali sono forniti e costruiti.

- Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione dell'appalto e l'emissione del certificato di Collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1699 C.C., l'Appaltatore è quindi garante dell'appalto, obbligandosi a sostituire quanto si mostrasse non rispondente alle prescrizioni contrattuali.

- In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo.

- Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva necessari, le verifiche di sicurezza, che si renderanno eventualmente necessarie al fine di ottenere un'ottimizzazione delle prestazioni e dell'intero lotto di prodotti offerti. Tale attività dovrà essere documentata mediante la consegna rapporti di lavoro al medesimo Servizio

- L'Offerente dovrà specificare in offerta tecnica il numero di interventi di manutenzione preventiva annui che saranno effettuati nel periodo di garanzia, compatibilmente a quanto previsto dal costruttore. Le condizioni di garanzia si applicano anche alle dotazioni accessorie. Gli aggiornamenti hardware e software dei sistemi (se previsti), dovranno essere compresi nella garanzia.

- Nel periodo di garanzia:

il tempo massimo di intervento tecnico è di **5 ore lavorative** ed il tempo massimo di soluzione guasto è di **40 ore lavorative**, considerando lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi e tutte le settimane dell'anno ed un orario giornaliero minimo 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30.

- L'Appaltatore, è obbligato, per non meno di 7 anni dal collaudo positivo, a garantire i ricambi per tutti i beni forniti, nei tempi e nei modi necessari ad assicurare una regolare e tempestiva assistenza tecnica da parte dell'appaltatore designato dall'Azienda, chiunque esso sia, con limiti di tempi di intervento e di soluzione guasto non superiori a quelli definiti nel presente CSA.

### **Art. 7. ORDINI E CONSEGNA**

Le ordinazioni per l'installazione del materiale necessario alla gestione e organizzazione del piano PEIMAF saranno fatte per iscritto con ordini che verranno emanati dal Responsabile del Servizio

Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale. La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, in deroga a quanto stabilito all'art.7 del CGA, salvo un minore termine venga proposto dall'offerente in sede di predisposizione dell'offerta.

Le bolle di consegna/DDT, in particolare, oltre a contenere le informazioni prescritte dalla normativa, devono:

- a) riportare il numero e la data della delibera di aggiudicazione, che la stazione appaltante avrà già comunicato;
- b) riportare il numero d'ordine;
- d) indicare il centro di costo di destinazione, (che verrà indicato nell'ordine, e l'esatta ubicazione di destinazione del bene.
- e) indicare i codici relativi all'apparecchiatura che si sta consegnando:

Codice CIVAB costruttore	
Codice CIVAB tipologia	
codice CND	

#### **Art. 8. MODALITA' DI FATTURAZIONE – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto concerne la liquidazione della fornitura, la fatturazione e i pagamenti si veda l'art.13 del CGA. Le fatture, per la loro liquidabilità, oltre a riportare quanto previsto in CGA, dovranno:

- a) riportare il numero e la data della delibera di aggiudicazione;
- b) riportare il numero d'ordine;
- c) essere corredate dall'indicazione della bolla/ documento di trasporto;
- d) indicare il centro di costo indicato nell'ordine;
- e) indicare i codici relativi all'apparecchiatura che si è consegnata.

**La stipulazione del contratto avverrà secondo gli usi del commercio.**

**Non sarà possibile liquidare le fatture che non riportano le predette informazioni, indispensabili per la registrazione dell'acquisto nel sistema contabile regionale.**

#### **Art. 9. NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme richiamate da uno o più degli atti testé elencati, ed in quanto compatibili, si applicano il Capitolato Generale d'Appalto per forniture e servizi di questa Azienda (scaricabile dal sito [www.aslolbia.it](http://www.aslolbia.it)- bandi e gare) e, in subordine, le norme civilistiche vigenti in materia.