

ALLEGATO "B3"

SCHEMA PRODOTTO N°3: "DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA" (rif. VOCI: 17-18-19-20-21-22)					
(Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto) (Compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica, (Unire alla presente le schede tecniche aggiornate dei prodotti offerti, E SE NON DISPONIBILE IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO UNIRE ANCHE : i foglietti illustrativi o loro copia , la Copia dell' Attestato di certificazione CE, emesso dall'Organismo designato, se previsto (vedi punto 4 lettera invito)					
N° di riferimento dell'Allegato A					
Ditta offerente :					
Nome e codice prodotto:					
Nel caso dei dispositivi medici (D.Lgs. n°46 del 24/02/97): numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici					
e <u>se</u> non disponibile il numero identificativo di iscrizione nel Repertorio indicare:					
Ditta produttrice:					
Destinazione d'uso :					
Classe di appartenenza sec. D.Lgs. n°46 del 24/02/97:					
Nome dell'Organismo designato per la certificazione CE:					
Classificazione secondo la Codifica Nazionale dei Dispositivi					
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto (con riferimento ad una misura adulti)	Punteggio assegnato	Punteggio massimo attribuibile		
1	<i>Caratteristiche elettriche e certificazioni</i>	impedenza a 10 Hz (Ohm)		10	
		deriva tensione offset (µV)			
		voltaggio controbilanciato (mV)			
		recupero dopo fibrillazione (sec e mV)			
		certificazioni			
	<i>tipo di supporto</i>			10	
	<i>spessore</i>				
	<i>tipo di sensore</i>				
	<i>materiale conduttore</i>				
	<i>tipo di connessione</i>				
	<i>tipo di gel</i>				
	<i>tipo di adesivo e superficie adesiva (mm²)</i>				
	<i>dimensioni, forma e spessore</i>			5	
<i>Assenza di lattice*</i>			2		
<i>Assenza di ftalati*</i>			2		
<i>Accessori</i>			1		
2	Funzionalità ed uso clinico	<i>adesivita' alla cute</i>		5	
		<i>resistenza e durata in situ</i>		5	
		<i>tollerabilità del paziente</i>		5	
3	Usabilità' ed ergonomia			5	
4	Metodo di sterilizzazione	<i>RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI (escluso eto)</i>		3	
		<i>OSSIDO DI ETILENE</i>		1	
5	Confezionamento ed etichettatura	<i>TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO</i>		3	
		<i>CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA</i>			
		<i>MINOR NUMERO PER IMBALLO PRIMARIO</i>			
		<i>MINOR NUMERO PER IMBALLO SECONDARIO</i>			
6	Tempo di validità			2	
Altre caratteristiche evidenziabili (valutabili con il punto 2 precedente, a discrezione della Commissione tecnica)				totale massimo 55 punti	
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine cronologico richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle allegate schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.					
N.B. Da compilare per ogni voce offerta. documentazione attestante l'assenza di lattice e/o di ftalati					allegare idonea
DATA FIRMA.....					