

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEL 25/01/2011

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE MEDIANTE TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE (LOTTO A) E DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE NON ISOTOPICA DI TEST ALLERGOLOGICI (LOTTO B).

LOTTO A - C.I.G. 0672199C26

LOTTO B - C.I.G. 067224956B

In riferimento alla Procedura di cui all'oggetto diverse ditte hanno chiesto :

Quesito 1:

IL Capitolato prevede l'interfacciamento bidirezionale al sistema informatico Aziendale. Vista la tipologia degli esami e la modalità delle esecuzioni, normalmente per sedute di lavoro, si chiede se esso è indispensabile visti i costi di realizzazione.

Quesito 2:

Chiediamo di specificare quale LOCUS bisogna offrire al punto 3 delle "Metodiche alta risoluzione" indicate nell'allegato 5.

Quesito 3:

Nel Disciplinare di gara alla pag.10 punto 7), si chiede il listino prezzi ufficiale della ditta produttrice. Non esistendo un listino del produttore, in quanto Azienda Americana, chiediamo se può essere sostituito dal listino dell'importatore Nazionale.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Quesito 4:

Con riferimento all'ALLEGATO n. 6 — Caratteristiche LOTTO B — APPARECCHIATURE - si richiede se sia possibile offrire un analizzatore tecnologicamente più evoluto rispetto a quello richiesto in gara che prevede, tra i requisiti indispensabili, metodica non isotopica su micro piastra.

Quesito 5:

Con riferimento all'ALLEGATO n. 6— Caratteristiche LOTTO B – DISPOSITIVI DIAGNOSTICI – il n° di test previsti , è espresso in "kit". Si chiede conferma se: n° 1 kit (micro piastra) corrisponda a n° 96 test e quindi il numero totale dei test previsti in gara è di 41.952 test/anno (437 kit x 96 test).

Pubblicato in data 27/01/2011