

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO.

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI 1

QUESITO

Nell'allegato tecnico alla voce n.4 - Videoregistratore DVD HD- viene richiesta la predisposizione per collegamento in rete, mentre nel capitolato speciale all'art.3 (caratteristiche tecniche dei prodotti-obblighi contrattuali) chiedete interfacciamento bidirezionale col sistema informatico aziendale. Gradiremmo avere delucidazioni in merito al tipo di interfacciamento bidirezionale richiesto.

RISPOSTA QUESITO

Alla voce n.4 dell'allegato tecnico si richiede in maniera specifica che il Videoregistratore DVD HD possa salvare i dati di acquisizione in un cartella presente nella rete aziendale, mentre l'intero articolo 3 del CS norma requisiti e obblighi della fornitura intesi nella sua visione d'insieme atta a garantire lo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica richiesta dalla fornitura in oggetto.

Nello specifico si riporta l'estratto del citato art. 3 a cui seguirà un chiarimento sulla natura del software richiesto e della sua integrazione con il *sistema informativo ospedaliero* (SIO) in uso presso codesta azienda.

"...Le apparecchiature devono essere di ultima generazione tecnologica, di gamma tecnico commerciale e prestazionale al più alto livello del mercato internazionale di riferimento, e configurate al massimo livello possibile di dotazione hardware e software..."

La dotazione di un software di livello superiore a corredo delle apparecchiature richieste nell'allegato tecnico è da intendersi come la fornitura di un sistema informativo gestionale che organizzi le attività e i processi di produzione del servizio di Endoscopia in termini di gestione delle anagrafiche di base (comprese quelle degli assistiti), programmazione delle attività ambulatoriali, comunicazione full duplex con la strumentazione endoscopica e archiviazione/visualizzazione dei dati clinici strutturati e non (immagini e i filmati) delle prestazioni erogate anche la produzione dei referti.

In particolare si chiariscono dettagliatamente alcuni elementi propri di un sistema software inteso di massimo livello come da oggetto della fornitura:

1. Configurazione del sistema in ambiente di rete (si veda ad esempio tecnologia client server)
 2. Gestione informatica delle cartelle pazienti. Integrazione con SIO (ad ese. HL7) per il recupero anagrafiche pazienti interni di reparto e anagrafica dipartimentale per i pazienti esterni (prenotazioni CUP)
 3. Gestione delle prenotazioni esami e integrazione eventuale con sistema SIO dei reparti e dal CUP
 4. Gestione delle procedure di preparazione degli esami, della refertazione/dimissione. Possibilità comunicare i referti (ad esempio documenti pdf) e i metadati associati al sistema richiedente (HL7)
-

5. Interfacciamento con la strumentazione endoscopica per il suo riconoscimento (marca e modello) e recupero dei dati clinici (ad esempio parametri vitali) durante gli interventi da integrare nella cartella del paziente.
6. Gestione delle procedure di pulizia e sterilizzazione degli strumenti per favorire i processi di accreditamento del servizio e indicazione delle date di tali attività nei documenti prodotti (ad esempio data di ultima sterilizzazione dello strumento)
7. Personalizzazione delle stampe prodotte e possibilità di estrazione di dati statistici.

Ovviamente tutte queste caratteristiche devono soddisfare tutti i requisiti di sicurezza e privacy richiesti dalla normativa vigente.

Le integrazioni con il sistema informativo possono essere predisposte anche in fase successiva alle attività di avvio del sistema andando a completare successivamente le attività di collaudo.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 30.05.2011

IL RUP
Dott.ssa Maria Amic
