

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE E PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ELEMENTI CORPUSCOLATI

ALLEGATO N.1 b
- APPARECCHIATURE -

(COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LA SCHEDA N° 3 / ALLEGATO N° 3)

Requisiti indispensabili del sistema diagnostico offerto – modulo morfologico

In aggiunta e ad ulteriore precisazione e/o riepilogo rispetto a quanto già indicato nel testo del capitolato tecnico, il sistema offerto deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

	Determinazione quantitativa (elementi/ul) dei seguenti parametri morfologici: 1. Globuli rossi 2. Globuli bianchi 3. Cilindri ialini 4. Cilindri patologici 5. Cellule epiteliali squamose 6. Cellule epiteliali non squamose 7. Batteri 8. Miceti 9. Cristalli 10. Muco 11. Spermatozoi
	Produzione oraria non inferiore a 50 campioni
	Analisi di urina nativa in provetta primaria senza nessuna preparazione o manipolazione
	Validazione automatica mediante regole personalizzabili

Dichiarazione attestante il possesso de i requisiti

Io sottoscritto _____ , in qualità di _____

dichiaro che il sistema offerto possiede tutti, nessuno escluso, i requisiti indispensabili sopra indicati.

_____ , / /2011

FIRMA e TIMBRO