

CHIARIMENTO N.3 DEL 24/10/2011

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE SUDDIVISA IN DUE LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI SIEROLOGIA E TEST DI CONFERMA PER I CENTRI TRASFUSIONALI DEI PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA

Lotto 1 C.I.G 3333126695

Lotto 2 C.I.G 3333171BB6

AVVISO ERRATA CORRIGE

In relazione alla procedura in oggetto si informa che nell'*allegato.6 – lotto 2* è presente un errore: nella seconda parte relativa ai DISPOSITIVI DIAGNOSTICI, nell'elencazione delle caratteristiche minime, al secondo punto elenco è stato erroneamente indicato

- Per l'HIV si richiedono strisce preblottate con antigeni ricombinanti per HIV 1 (gp 120, gp 41, p24, p31) e **HIV 2 (p26)**.

Le specifiche di tale punto elenco sono integralmente sostituite come segue:

- Per l'HIV si richiedono strisce preblottate con antigeni ricombinanti per HIV 1 (gp 120, gp 41, p24, p31) e **HIV 2 (p36) e (gp 105)**

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 24.10.2011

IL RUP
Dott.ssa Annamaria Porcu
