

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE SUDDIVISA IN DUE LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI SIEROLOGIA E TEST DI CONFERMA PER I CENTRI TRASFUSIONALI DEI PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA**

**Lotto 1 C.I.G 3333126695**

**Lotto 2 C.I.G 3333171BB6**

#### **RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI 4**

#### **QUESITO**

In relazione alla procedura in oggetto si chiede se, nel caso in cui venga offerto un unico reattivo ausiliario di un singolo kit, nell'ambito dell'intera fornitura, che necessita di ricostituzione (il kit successivamente non necessita quindi di alcun intervento da parte dell'operatore), è rispettata la previsione di cui all'Allegato 5 – lotto 1 – caratteristiche minime dei dispositivi diagnostici, seconda riga:

*“I reagenti devono essere pronti all'uso, di elevata stabilità, alta sensibilità, specificità e linearità”*

#### **RISPOSTA QUESITO**

La previsione prevista dall'Allegato 5 – lotto 1, caratteristiche minime dei dispositivi diagnostici, seconda riga, non è rispettata in quanto il reagente di che trattasi è da ricostituire, e quindi non è pronto all'uso.

**Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 24.10.2011**

IL RUP  
Dott.ssa Annamaria Porcu

---