

## ALLEGATO N° 6

### **FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ESAMI SIEROLOGIA E TEST DI CONFERMA PER I CENTRI TRASFUSIONALI DEI PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO.**

**Lotto n° 2 HCV e HIV 1/2 test di conferma con metodica immunoblot per il centro trasfusionale di Olbia**

(APPARECCHIATURE)

**(Compilare obbligatoriamente la scheda n° 1 – Allegato n° 1)**

#### Caratteristiche minime

- Apparecchiature nuove;
- Sistema automatico adeguato per l'esecuzione dei test richiesti comprensivo di lettura refertazione e archiviazione dei dati;
- Interfacciamento bidirezionale al sistema informatico aziendale e/o di reparto, tale collegamento dovrà essere a carico della ditta aggiudicataria, così come l'eventuale software ed hardware se necessario;
- Gruppo di continuità dove necessario;

(DISPOSITIVI DIAGNOSTICI)

**(Compilare obbligatoriamente la scheda n° 2 e n° 3 – Allegato n° 2 – n° 3 )**

***Service HCV e HIV 1/2 test di conferma con metodica immunoblot***

<i>TIPOLOGIA D'ESAMI/REAGENTI</i>	<i>Numero di Determinazioni</i>	<i>Carichi di lavoro</i>
1. HCV test di conferma 3 <sup>a</sup> gen.	700	10/settimane
2. HIV 1 / 2 test di conferma	100	8/mese

#### Caratteristiche minime

- Per l'HCV si richiedono strisce preblottate con antigeni ricombinanti e peptidi sintetici. E' richiesto l'antigene NS5;
- Per l'HIV si richiedono strisce preblottate con antigeni ricombinanti per HIV 1 (gp 120, gp 41, p24, p31) e HIV 2 (gp36) e (gp 105)
- Per HCV e HIV è richiesta copia del decreto di registrazione sulla G.U.;
- Materiali di consumo, calibratori, controlli e standard adeguati al numero dei test richiesti;
- La ditta dovrà fornire il numero effettivo di confezioni necessarie ad effettuare gli esami e non quelle teoriche.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
dichiaro che il sistema offerto possiede tutti, nessuno escluso, i requisiti indispensabili sopra indicati

\_\_\_\_\_, / /

FIRMA e TIMBRO