

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, SUDDIVISA IN PIÙ LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI SUTURE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI SUTURA VARI

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SONO STATI PRESENTATI DA UN POTENZIALE OFFERENTE, I SEGUENTI QUESITI :

Quesito n.1:

Chiarimento n° 1: LOTTO D : Si richiede una sutura sintetica riassorbibile entro 90/120 gg circa, monofilamento etc. ma non viene specificato il materiale. Chiediamo di identificare il materiale della sutura in questione.

Riscontro Quesito n.1: *il materiale della sutura è il POLIGLECAPRONE.*

Chiarimento n° 2: TOLLERANZE: per quanto riguarda la lunghezza dell'ago (dimensioni ≤ 20 mm), la tolleranza indicata $+ 0 - 0.5$ mm è corretta o la tolleranza è del 5% ?

Riscontro Quesito n.2: *le tolleranze sono quelle indicate nella tabella indicata a pag.2 del CSAe, più precisamente:*

Caratteristica	Dimensioni	Tolleranza
lunghezza dell'ago	≤ 20 mm	+ 0 - 0.5 mm
lunghezza dell'ago	> 21 mm	+ 0 - 10%
Lunghezza del filo		+ 0 - 15 %

Inoltre si comunica che per mero errore materiale nella descrizione del Lotto C:

- a) la resistenza residua a 14 giorni indicata al 50% è da considerare al **75%** ca.
- b) nella voce n.12 il calibro del filo è 0 anziché 2-0
Rimangono invariate le altre descrizioni.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 02/07/2012

Il R.U.P.

Dott.F.Manconi