

OGGETTO :PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

In relazione alla richiesta di chiarimenti inviata da un potenziale offerente in data 04/04/2013 sui seguenti quesiti :

1. all'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto, chiediamo se al punto relativo alla disponibilità di fornire prodotti alternativi in modalità manuale o semi manuale è da intendere anche per l'esecuzione dell'antibiogramma per tutti i germi ivi elencati.
2. In riferimento all'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto, chiediamo se al punto relativo alla coltura in terreno solido e liquido dei micobatteri è da intendersi l'offerta sia di flaconi per la coltura manuale dei micobatteri che per la rilevazione automatica degli stessi mediante strumento e se si chiediamo inoltre se le strumentazioni devono essere considerate per entrambi i presidi.
3. In riferimento all'allegato 2 al punto identificazione della provetta, mediante barcode si intende l'utilizzo di pannelli/flaconi che dispongano di barcode per il riconoscimento strumentale e che eventuali calibratori e controlli non sono applicabili a tali strumentazioni.
4. In riferimento all'allegato 6 del capitolato speciale d'appalto chiediamo se al punto 2ab sottosistema ID+ABG verrà attribuito il punteggio massimo alla metodica **priva** di reagenti post inoculo e **che non necessita** di esecuzione di test manuali
5. In riferimento all'allegato 6 del capitolato speciale d'appalto chiediamo se al punto 2bb sottosistema ID+ABG verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta **che offre una gamma completa** di pannelli per ID in automatico ed in manuale /semi manuale.
6. In riferimento all'allegato 6 del capitolato speciale d'appalto al punto 2aq Requisito comune: chiediamo che venga spiegato meglio il concetto in quanto sembrerebbe essere un requisito relativo a sistemi di chimica clinica e meno indicato a strumenti di Microbiologia.

SI COMUNICA QUANTO SEGUE :

1. La precisazione "dove non disponibili in maniera automatizzata" specifica che se la Ditta offerente possiede l'alternativa "in automatico" deve offrire quella; l'offerta deve, comunque, riguardare tutti i germi elencati, salvo i miceti, per i quali è richiesta solo l'identificazione.
2. No. Data l'esiguità dei numeri, non è espressamente richiesta alcuna automazione.
3. Il punto "3" è un'affermazione che si conferma per la prima parte; per la seconda parte vale il termine "eventuali"; vale la pena ricordare che qualsiasi strumento che effettua delle misure è calibrato e deve periodicamente essere controllato: la natura delle calibrazioni e dei controlli è diversa da quella comunemente intesa in chimica-clinica ed immunometria..
4. Precisato che il riferimento non è al CSA ma alla lettera di invito, la risposta è: si, come ovvio.

5. Precisato che il riferimento non è al CSA ma alla lettera di invito, l'oggetto del sottorequisito non è la completezza dell'offerta, ma "l'esiguità numerica dei pannelli", essendo la massima esiguità (teorica) un solo pannello con cui sia possibile eseguire ID e ABG per tutti i germi considerati nell'allegato 1 al CSA.

6. Precisato che il riferimento non è al CSA ma alla lettera di invito, la "valutazione dell'integrità delle reazioni" sarebbe l'ideale per tutti gli strumenti di misura, compresi quelli per microbiologia; la citazione di calibratori e controlli potrebbe apparire come un refuso, ma, anche qui, vale la pena ricordare quanto detto al punto 3..

Per ogni ulteriore chiarimento verbale ai quesiti contattare il Dott.Flavio Lai al Tel.n.0789.552.941

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 09/04/2013

Il RUP Dott. Francesco Manconi