

MA/PG/2013/21162

del 17/04/2013

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA –

In relazione alla richiesta di chiarimenti inviata da un potenziale offerente in data 16/04/2013 sui seguenti quesiti :

Richiesta chiarimenti

- 1) · In riferimento all'allegato 5 del capitolato speciale d'appalto chiediamo se la tabella allegata come esempio possa andare bene per la formulazione dell'offerta e se l'elenco degli analiti disponibili ma non richiesti in gara sia da produrre solamente nell'allegato 5
- 2) In riferimento all'allegato 3 del capitolato speciale d'appalto chiediamo se la tabella relativa ai dispositivi diagnostici, allegata come esempio, possa andare bene ai fini di una corretta interpretazione.
- 3) "In riferimento all'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto, relativo alla possibilità di fornire prodotti alternativi in modalità manuale o semi manuale, essendo a conoscenza che attualmente per gli Anaerobi vengono effettuate esclusivamente le identificazioni, si richiede, se previsto dai criteri EUCAST, se l'offerta debba includere anche i corrispettivi antibiogrammi e vorremmo sapere se la stessa cosa è applicabile anche agli Emofili".
- 4) In riferimento all'allegato 1 al CSA i sottosistemi ID+ABG indicati per Olbia e Tempio P., sono da intendersi la somma dei test per Identificazione ed Antibiogrammi (es. 1750+1750 per Olbia e 1000+1000 per Tempio P.) oppure il numero degli esami (3500+3500 per Olbia e 2000+2000 per Tempio P.)
Gli attuali consumi dei due PP.OO. (Vostra richiesta di proroga prot. n. PG/2012/71986 dle 12/12/2012) risultano essere pari a 5.000 test/annui (2500+2500)

Infine vista la complessità e l'imponenza della soluzione tecnica da proporre e conseguente offerta economica, chiede la proroga dei termini di scadenza fissati per la presentazione delle offerte.

RISPOSTE A QUESITI

1. riferimenti allegato 5
R1. No. La tabella deve essere redatta con orientamento orizzontale, come fatto per l'allegato 3;
R2. No. Tutto ciò che non è espressamente richiesto nella presente gara, per poter essere indicato nell'allegato 5, deve essere elencato e descritto in tutte le sue caratteristiche previste dagli allegati 3 e 4.
2. riferimento all'allegato 3.
R. SI.
3. riferimento all'allegato 1.
R. Qualsiasi "utility" (ID, ABG o altro) contemplata dai criteri EUCAST deve sicuramente essere inclusa.
4. riferimento all'allegato 1.

R. Si prega di leggere la nota indicata con * sotto la tabella, dove si parla di "numero di microorganismi isolati".

Non possono essere prorogati i termini di ricezione offerte, data la necessità di rispettare un cronoprogramma ben definito da questa Amministrazione;
si precisa che l'invito è stato spedito in formato elettronico in data 26/03/2013, contando i termini di scadenza in ottemperanza all'art.70 comma 4 del D.lgs.163/06, non abbiamo applicato la riduzione prevista dal comma 9 dello stesso articolo.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 17/04/2013

Il RUP

Dott. Francesco Manconi