

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA FORNITURA QUADRIENNALE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI SISTEMI PER EMOGASANALISI : CHIARIMENTI LOTTO 2

In relazione alla richiesta inviata da un potenziale offerente in data 20/01/2014 con la quale si chiede se sia indispensabile la fornitura dei contenitori per il prelievo (Allegato 1/2 – lotto 2 – voce 2 Quantità richieste) ed in caso affermativo indicare le specifiche tecniche, si formula la seguente risposta:

Le specifiche tecniche richieste alla voce 2 Quantità richieste dell' Allegato 1/2 devono essere compatibili ed idonee alla esecuzione da effettuare con la strumentazione offerta. Inoltre le caratteristiche "eccedenti i requisiti minimi" saranno oggetto di valutazione della qualità dell'offerta.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 21/01/2014

Il RUP Dott. Francesco Manconi