

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA FORNITURA QUADRIENNALE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI SISTEMI PER EMOGASANALISI : CHIARIMENTI.**

In relazione alla richiesta inviata da un potenziale offerente in data 21/01/2014 con la quale si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. All'art 2 punto B del CSA, lotto 2. Si chiede cosa s'intenda con "raggruppamenti di ordine/spedizione, da intendersi come associazioni di confezioni/kit originali... i quali dovranno comprendere tutto l'occorrente per il numero di determinazioni dichiarate...". Si chiede conferma se s'intenda la fornitura contestuale di reagenti e dei sistemi di prelievo necessari. In tal caso, essendo richiesti diversi sistemi di prelievo per il lotto 2 (siringa con ago, siringa senza ago, capillare), come si potrà determinare quale sistema di prelievo includere?
2. I controlli fluidi di qualità rientrano nel raggruppamento di ordine/spedizione o possono essere ordinati a parte dai reparti a seconda del bisogno?
3. All'art 2 punto D del CSA si parla di fornitura di controlli "da effettuarsi con le cadenze minime raccomandate da società del settore o da norme o, almeno, contestualmente alla richiesta dell'analisi." Si chiede cosa si intenda per "almeno contestualmente alla richiesta dell'analisi". Per il lotto 2 è accettabile una cadenza secondo quanto indicato dal Produttore, anche se con frequenza inferiore ad 1 controllo per ogni analisi?
4. Allegato 1 / 2 del CSA: si chiede conferma che i volumi indicati siano annui
5. Pag. 13 Disciplinare di gara – DOCUMENTAZIONE TECNICA, punto 1: si chiede se per il lotto 2, trattandosi di strumentazione portatile, sia comunque necessario effettuare il sopralluogo dei locali.
6. Nella CSA allegato 3/2 e allegato 4/2 è scritto... Premesso che per tutti i test comuni ai tre laboratori, dovranno essere forniti..... quando nel lotto 2 la strumentazione da offrire fa riferimento alla fornitura di n. 1 apparecchiatura P.O. Olbia e 1 apparecchiatura per ASL Olbia, Ambulatorio di Pneumologia, totale di 2 strumenti.

si formulano le seguenti risposte:

1. Si. Eccezionalmente rispetto alla maggior parte delle altre aree analitiche, infatti, si intende anche la fornitura dei contenitori per il prelievo.  
In merito alla domanda,
  - a. se riguarda la costituzione della confezione da spedire, il problema non sussiste in quanto, volta per volta, saranno indicate nell'ordine le quantità richieste;
  - b. se fa riferimento alla stesura dell'offerta, le quantità relative sono indicate; per altro, le Ditte possono offrire i contenitori per il prelievo in sconto merce, caricando il relativo valore sul costo della determinazione.
2. No, rientrano nel raggruppamento.
3. Si. Il numero massimo di controlli che si dovranno utilizzare è, ragionevolmente, di uno al giorno per ogni strumento (circa 600). "Almeno contestualmente alla richiesta dell'analisi", indica che se l'utilizzo dello strumento è sporadico, questo deve sicuramente essere controllato al momento dell'utilizzo; pertanto, il virgolettato è riduttivo.
4. Si.
5. No.
6. Trattasi di un refuso; più avanti, nello stesso paragrafo, si parla, infatti, di "sedi di utilizzo".

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 23/01/2014

Il RUP Dott. Francesco Manconi