

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA FORNITURA QUADRIENNALE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI SISTEMI PER EMOGASANALISI : CHIARIMENTI LOTTO 1**

In relazione alla richiesta inviata da un potenziale offerente in data 27/01/2014 con la quale si chiedono i seguenti quesiti in merito al lotto 1:

***Quesito 1)***

A pag. 4 del capitolato di gara D) "Fornitura dei materiali per il controllo di qualità interno, da effettuare a cadenze minime raccomandate dalle società scientifiche del settore o da norme".

A pag. 8 del capitolato speciale di gara "Controllo di qualità interno automatico ad intervalli non superiori su almeno 2 livelli"

Il calcolo dei controlli sulla base della frequenza sopra indicata, determina un numero di test annuo per quasi pari al numero di test richiesti dal P.O. di Olbia, richiesti \*2 ctrl \*3 volte die \*365 gg \* 8 su 17.520 test, con notevole aggravio di spesa per la fornitura di materiale di consumo, reagenti e manutenzione a carico degli afferenti.

Siamo pertanto a chiedere la possibile adozione di uno schema alternativo di esecuzione dei controlli garantendo la verifica di sicurezza delle condizioni operative di lavoro, permetta una riduzione del numero di determinazioni per il QC - ad esempio una buona e sicura frequenza di controlli potrebbe essere 3 (normalità, acidosi, alcalosi), suddivisi nell'arco delle 24 h.

***Quesito 2)***

Al fine di identificare le caratteristiche del sistema di controllo di qualità da offrire, si richiede la conferma della necessità delle seguenti funzioni:

- Fiala Controllo di qualità con soluzione a titolo noto che simuli le caratteristiche del campione.
- Riepiloghi statistici (CV%, media SD)
- Rappresentazioni grafiche (diagrammi L-J)

si formulano le seguenti risposte

Quesito 1) : No, non si accettano schemi alternativi

Quesito 2) : Sì, ovviamente.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito aziendale in data 28/01/2014

Il RUP Dott. Francesco Manconi